



REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
STRUČNO POVJERENSTVO
ZA JAVNU NABAVU
KLASA: 500-01/18-01/17
URBROJ: 2125/1-12-20-24
Gospić, 4. kolovoza 2020. godine

Na temelju članka 198. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16., dalje u tekstu ZJN 2016)), članka 9. i 10. Pravilnika o planu nabave, registru nabave, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 101/17), javni naručitelj Ličko – senjska županija, nakon objavljenog prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima na internetskoj stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave (EOJN) <https://eojn.nn.hr/Oglasnik> za predmet nabave dijagnostičko-terapijske opreme i ostale medicinsko tehničke opreme, evidencijski broj nabave: 2/20JN, objavljuje

**IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODOM SAVJETOVANJU
SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA**

NAZIV NARUČITELJA	Ličko-senjska županija Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić OIB: 40774389207
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	2/20JN
PREDMET NABAVE	Nabava dijagnostičko-terapijske opreme i ostale medicinsko tehničke opreme – po grupama – 4 grupe. Naručitelj je na stranicama EOJN-a objavio nacrt Dokumentacije o nabavi, tehničke specifikacije za sve 4 grupe predmeta nabave i troškovnike za sve 4 grupe predmeta nabave.
DATUM POČETKA PRETHODNOG SAVJETOVANJA	10.lipnja 2020. godine
DATUM ZAVRŠETKA PRETHODNOG SAVJETOVANJA	18.lipnja 2020. godine
NAVOD DA LI JE TIJEKOM PRETHODNOG SAVJETOVANJA NARUČITELJ ODRŽAO SASTANAK SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA	Tijekom prethodnog savjetovanja naručitelj nije održao sastanak sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.
PRIMJEDBE I PRIJEDLOZI ZAINTERESIRANIH GOSPODARSKIH SUBJEKATA I ODGOVORI NARUČITELJA NA PRIMJEDBE I PRIJEDLOGE za GRUPU 1. (prihvaća se / djelomično se prihvaća/ ne prihvaća se)	
TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (1)	
Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu: <i>U tehničkoj specifikaciji – grupa 1 – Digitalni RTG uređaj, Naručitelj traži pod točkom 1.1.5. sljedeće: „1.1.5. Frekvencija generatora min. 90 kHz“.</i> <i>Vrijednost frekvencije RTG generatora nema nikakvog utjecaja na krajnju kvalitetu rada RTG generatora. Viša vrijednost kHz u konačnici može doprinijeti višem elektromagnetskom zračenju unutar prostorije za snimanje što nije poželjno za pacijente, kao ni za zdravstvene djelatnike koji</i>	

borave unutar prostora za snimanje duži vremenski period.

kHz kao jedinica ima marketinšku ulogu u „zaključavanju“ tehničkih specifikacija i protežiranju točno određenog gospodarskog subjekta, u ovom slučaju Siemens Healthcare d.o.o. s modelom MultixImpact, što je suprotno direktivama EU kao i Zakonu o javnoj nabavi. Napominjemo da ne tražimo promjenu ekspozicijski parametara RTG generatora kao najvažnijih stavki za dobivanje kvalitetne slike, dapače uređaj koji bi ponudili ima 80kW generator maksimalne vrijednosti struje od 1000 mA i 800mAs-a. Prihvaćanjem navedene izmjene u niti jednom obliku ne biste diskriminirali niti jednog svjetski renomirano ponuđača RTG uređaja, omogućili bi prisustvovanja većem broju ponuditelja, te bi pokazali poštivanje Zakon o javnoj nabavi što bi i trebao biti osnovni cilj svakog Naručitelja.

TRAŽENA IZMJENA:

„1.1.5. Frekvencija generatora min. 50 kHz“

ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (1)

Prihvaća se primjedba zainteresiranog gospodarskog subjekta.

Tekst iz Tehničke specifikacije – Grupa 1- Digitalni RTG uređaj pod točkom 1.1.5. „Frekvencija generatora min. 90 kHz“ **mijenja se i glasi** „Frekvencija generatora min. 50 kHz“

TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA

ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (2)

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu: *U tehničkoj specifikaciji – grupi 1 – digitalni RTG uređaj, Naručitelj traži pod točkom 1.2. sljedeće: „1.2. PODNO MONTIRAN NOSAČ RTG CIJEVI S KOLIMATOROM“. Kako bi se omogućilo nuđenje bolje varijante, koja omogućava veću manipulaciju oko samoga stola (pacijenti u kolicima, na pokretnom krevetu, polutraumatizirani pacijenti), veću tranverzalnu i longitudinalnu pokretljivost kao i veći raspon pretraga tražimo da se omogući uz podno i nuđenje stropno montiranog nosača RTG cijevi s kolimatorom. S obzirom na iznos kojim naručitelj raspolaže, logično bi bilo da nabavlja stropno montirani nosač RTG cijevi, jer se podno montirani nosač RTG cijevi nabavlja u slučajevima kada budžet ne dozvoljava nabavu boljeg tehničko-tehnološkog rješenja. Prihvaćanjem navedene izmjene bi se izbjegla i sumnja u pogodovanje ponuditelju Siemens Healthcare d.o.o. s modelom MultixImpact koji ima podno montiran nosač RTG cijevi s kolimatorom. Također, prihvaćanjem navedene izmjene u niti jednom obliku ne biste diskriminirali niti jednog svjetski renomiranog ponuđača RTG uređaja, omogućili bi prisustvovanja većem broju ponuditelja, te bi pokazali poštivanje Zakona o javnoj nabavi što bi i trebao biti osnovni cilj svakog Naručitelja.*

TRAŽENA IZMJENA:

„1.2. PODNO ILI STROPNO MONTIRAN NOSAČ RTG CIJEVI S KOLIMATOROM“

ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (2)

Ne prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta.

Navedena izmjena predstavlja bitno odstupanje od traženoga, kako po izvedbi, tako i po montaži, te načinu korištenja uređaja. Naručitelj je u dokumentaciji jasno i nedvosmisleno opisao tražene tehničke karakteristike uređaja, a dodatno je provjerio jesu li se stvorili uvjeti nuđenja od strane više proizvođača, kako bi se poštovale sve odredbe Zakona o javnoj nabavi o transparentnosti i zaštiti tržišnog natjecanja.

Dodatno, u pogledu prostornih mogućnosti RTG snimaone Doma zdravlja Otočac, zbog ograničene visine i načina izvedbe stropa, uvjeti za montažu stropnog modela uređaja su znatno otežani. Konfiguracija uređaja s traženim izmjenama bi zahtijevala utrošak vrlo značajnih financijskih i vremenskih resursa oko građevinske pripreme prostora, što bi povećalo cijenu nabave uređaja iznad planiranih financijskih sredstava za predmetnu nabavu. Stoga se navedeni zahtjev odbija.

TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA

ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (3)

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu: *U tehničkoj specifikaciji – grupi 1 – digitalni RTG uređaj, Naručitelj traži pod točkom 1.2.3. sljedeće: „1.2.3. Najniža visina centralnog snopa max. 35 cm“. Tražimo minimalnu izmjenu navedene tehničke specifikacije od samo 5 cm. Funkcionalno i dijagnostički nema nikakvog opravdanja ograničavati najnižu visinu centralnog snopa na max. 35 cm jer je ista za obavljanje pretrage usko povezana s najnižom visinom centralnog sklopa vertikalnog stativa, a koji je kod većine svjetski renomiranih proizvođača viši od 35 cm. Također jedina pretraga gdje bi se moglo koristiti navedena visina jest kod snimki koljena ili*

nožnih zglobova pod opterećenjem. Za snimke koljena je visina od 40 cm apsolutno dovoljna dok kod snimke nožnih zglobova nije dovoljna niti najniža visina od 35 cm te je potrebno korištenje klupice kod apsolutno svih proizvođača. Također, alternativa je snimka na stolu gdje je potpuno irelevantno najniža visina centralnog snopa. Prihvaćanjem navedene izmjene u niti jednom obliku ne biste diskriminirali niti jednog svjetski renomiranog ponuđača RTG uređaja, omogućili bi prisustvovanja većem broju ponuditelja, te bi pokazali poštivanje Zakona o javnoj nabavi što bi i trebao biti osnovni cilj svakog Naručitelja.

TRAŽENA IZMJENA:

„1.2.3. Najniža visina centralnog sklopa max. 40 cm“

ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (3)

Prihvaća se primjedba zainteresiranog gospodarskog subjekta.

Tekst iz Tehničke specifikacije – Grupa 1- Digitalni RTG uređaj: pod točkom 1.2.3. „Najniža visina centralnog snopa max. 35 cm“ **mijenja se i glasi** „Najniža visina centralnog snopa max. 40 cm“.

TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA

ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (4)

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu: : U tehničkoj specifikaciji – grupi 1 – digitalni RTG uređaj, Naručitelj traži pod točkom 1.2.5. i 1.2.6. sljedeće:

„1.2.5. Rotacija nosača RTG cijevi min. $\pm 180^\circ$ “

1.2.6. Rotacija RTG cijevi min. $\pm 140^\circ$ “

Molimo Naručitelja pojašnjenje i nadopunu s obzirom da nije naveo pod točkama 1.2.5. i 1.2.6. na koju rotaciju misli pod kojom točkom? Napominjemo da kod rotacije RTG cijevi postoji rotacija oko vertikalne i horizontalne osi. Također, ukoliko je Naručitelj pod točkom 1.2.6. mislio na rotaciju RTG cijevi oko horizontalne osi napominjemo da različiti proizvođači imaju različitu rotaciju u svakom od smjerova, pa tako uređaj koji nudimo ima rotaciju $+120^\circ/-180^\circ$ što je u ukupnom rasponu 20° više od zahtijevanog. Sukladno navedenom, predlažemo Naručitelju da pod točkom 1.2.6. navede ukupnu rotaciju kojom neće diskriminirati proizvođače koji imaju različite rotacije u pojedinom smjeru, a ukupno imaju veću rotaciju od zahtijevane. Prihvaćanjem navedene izmjene u niti jednom obliku ne biste diskriminirali niti jednog svjetski renomiranog ponuđača RTG uređaja, omogućili bi prisustvovanja većem broju ponuditelja, te bi pokazali poštivanje Zakona o javnoj nabavi što bi i trebao biti osnovni cilj svakog Naručitelja.

TRAŽENA IZMJENA:

„1.2.5. Rotacija nosača RTG cijevi oko vertikalne osi min. $\pm 180^\circ$ “

1.2.6. Rotacija RTG cijevi oko horizontalne osi min. $\pm 180^\circ$ ili min. 280° “

ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (4)

Djelomično se prihvaća prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta.

Tekst iz Tehničke specifikacije – Grupa 1- Digitalni RTG uređaj:

-pod točkom 1.2.5. „Rotacija nosača RTG cijevi min. $\pm 180^\circ$ “ **mijenja se i glasi** „Rotacija nosača RTG cijevi oko vertikalne osi min. $\pm 180^\circ$ “

- pod točkom 1.2.6. „Rotacija RTG cijevi min. $\pm 140^\circ$ “ **mijenja se i glasi** Rotacija RTG cijevi oko horizontalne osi min. $\pm 140^\circ$ “

Međutim, dio zahtjeva gospodarskog subjekta koji nalaže izmjenu definicije točke 1.2.6. se ne prihvaća. Zbog specifičnih vrsta pretraga i pozicioniranja pacijenata, Naručitelj je u dokumentaciji jasno i nedvosmisleno opisao tražene tehničke karakteristike uređaja. Stoga se navedeni zahtjev odbija.

TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA

ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (5)

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu: : U tehničkoj specifikaciji – grupi 1 – digitalni RTG uređaj, Naručitelj traži pod točkom 1.2.7. sljedeće:

„1.2.7. Integrirani ekran u boji osjetljiv na dodir na kućištu cijevi, dijagonale min. 10"; s prikazom rotacije cijevi; SID udaljenosti; modifikacija: kV, mAs, ms, prikaz imena pacijenta; selektiranje radnog mjesta: pacijent stol, vertikalni stativ ili slobodna ekspozicija; odabir organ programa; mijenjanje orijentacije iz tzv. "portrait" u "landscape" položaj i obrnuto u ovisnosti o rotaciji RTG cijevi“

Tražimo minimalnu izmjenu veličine integriranog ekrana u boji osjetljivog na dodir na kućištu

cijevi s min. 10" na min 8,4". Navedenom izmjenom od sveg 1,6" u niti jednom obliku ne biste utjecali na funkcionalnost niti dijagnostičke mogućnosti zahtijevanog RTG uređaja, a omogućili bi prisustvovanjem većem broju ponuđača ovom natječaju, te bi time pokazali poštivanje Zakona o javnoj nabavi što bi trebao biti osnovni cilj svakog Naručitelja. Također, napominjemo da mijenjanje orijentacije iz tzv. „portrait“ u „landscape“ položaj i obrnuto u ovisnosti o rotaciji RTG cijevi nije moguća, odnosno nema svrhe jer Naručitelj nabavlja dva detektora 43x43 cm (1.5.1. veličina aktivnog polja detektora min. 420 mm x 420 mm) kod kojih nema mijenjanja orijentacije jer ista nema nikakve svrhe. „Portrait“ u „Landscape“ orijentacija ima smisla samo kad se za stol nabavlja detektor dimenzija 35x43 cm.

TRAŽENA IZMJENA:

„1.2.7. Integrirani ekran u boji osjetljiv na dodir na kućištu cijevi, dijagonale min. 8.4"; s prikazom rotacije cijevi; SID udaljenosti; modifikacija: kV, mAs, ms, prikaz imena pacijenta; selektiranje radnog mjesta: pacijent stol, vertikalni stativ ili slobodna ekspozicija; odabir organ programa“

ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (5)

Djelomično se prihvaća prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta.

Tekst iz Tehničke specifikacije – Grupa 1- Digitalni RTG uređaj: pod točkom 1.2.7. „Integrirani ekran u boji osjetljiv na dodir na kućištu cijevi, dijagonale min. 10"; s prikazom rotacije cijevi; SID udaljenosti; modifikacija: kV, mAs, ms, prikaz imena pacijenta; selektiranje radnog mjesta: pacijent stol, vertikalni stativ ili slobodna ekspozicija; odabir organ programa; mijenjanje orijentacije iz tzv. "portrait" u "landscape" položaj i obrnuto u ovisnosti o rotaciji RTG cijevi“ **mijenja se i glasi** „Integrirani ekran u boji osjetljiv na dodir na kućištu cijevi, dijagonale min. 8,4"; s prikazom rotacije cijevi; SID udaljenosti; modifikacija: kV, mAs, ms, prikaz imena pacijenta; selektiranje radnog mjesta: pacijent stol, vertikalni stativ ili slobodna ekspozicija; odabir organ programa; mijenjanje orijentacije ekrana iz tzv. "portrait" u "landscape" položaj i obrnuto u ovisnosti o rotaciji RTG cijevi“

Međutim zahtjev za brisanjem mijenjanja orijentacije se ne prihvaća. Navedeno mijenjanje orijentacije odnosi se na prikaz navedenog ekrana, ne detektora ili slike. Neophodno je zakretanje, odnosno mijenjanje orijentacije prikaza parametara na ekranu, obzirom na položaj, odnosno zakretanje kućišta RTG cijevi.

TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (6)

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu: : U tehničkoj specifikaciji – grupi 1 – digitalni RTG uređaj, Naručitelj traži pod točkom 1.4.6. sljedeće:

„1.4.6. Transverzalni pomak gornje ploče stola min. 26 cm“

Tražimo minimalnu izmjenu transversalnog pomaka gornje ploče stola s min. 26 na min. 25 cm. Navedenom izmjenom od svega 1 cm u niti jednom obliku ne biste utjecali na funkcionalnost niti dijagnostičke mogućnosti zahtijevanog RTG uređaja, a omogućili bi prisustvovanje većem broju ponuđača ovom Natječaju, te bi time pokazali poštivanje Zakona o javnoj nabavi što bi trebao biti osnovni cilj svakog Naručitelja.

TRAŽENA IZMJENA:

„Transverzalni pomak gornje ploče stola min. 25 cm“

ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (6)

Prihvaća se primjedba zainteresiranog gospodarskog subjekta.

Tekst iz Tehničke specifikacije – Grupa 1- Digitalni RTG uređaj: pod točkom 1.4.6. „Transverzalni pomak gornje ploče stola min. 26 cm“ **mijenja se i glasi** „Transverzalni pomak gornje ploče stola min. 25 cm“.

TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (7)

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu: : U tehničkoj specifikaciji – grupi 1 – digitalni RTG uređaj, Naručitelj traži pod točkom 1.4.10. sljedeće:

„1.4.10. Longitudinalni pomak nosača kazete min. 50 cm“

Tražimo minimalnu izmjenu longitudinalnog pomaka nosača kazete s min. 50 na min. 40 cm. Napominjemo da uređaj koji nudimo može zadovoljiti zahtjeve pod točkom 1.4.12. i 1.4.13. te je funkcionalno i dijagnostički potpuno nevažno da li se navedene zahtjeve može zadovoljiti s longitudinalnim pomakom nosača kazete s 50 ili 40 cm, a longitudinalni pomak nosača kazete služi isključivo zadovoljavanju navedenih točaka tehničke specifikacije, brojčano ograničavanje

longitudinalnog pomaka je samo „marketinška“ vrijednost koja služi „zaključavanju“ specifikacije i protežiranju ponuditelja Siemens Healthcare d.o.o. s modelom MultixImpact što je suprotno direktivama EU kao i Zakonu o javnoj nabavi. Prihvaćanjem navedene izmjene u niti jednom obliku ne biste diskriminirali niti jednog svjetski renomiranog ponuđača RTG uređaja, omogućili bi prisustvovanja većem broju ponuditelja, te bi pokazali poštivanje Zakona o javnoj nabavi što bi i trebao biti osnovni cilj svakog Naručitelja.

TRAŽENA IZMJENA:

„1.4.10. Longitudinalni pomak nosača kazete min. 40 cm“

ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (7)

Prihvaća se primjedba zainteresiranog gospodarskog subjekta.

Tekst iz Tehničke specifikacije – Grupa 1- Digitalni RTG uređaj: pod točkom 1.4.10. „Longitudinalni pomak nosača kazete min. 50 cm“ mijenja se i glasi „Longitudinalni pomak nosača kazete min. 40 cm“.

TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (8)

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu: : U tehničkoj specifikaciji – grupi 1 – digitalni RTG uređaj, Naručitelj traži pod točkom 1.4.14. sljedeće:

„1.4.14. Automatsko punjenje baterije bežičnog detektora dok se detektor nalazi u stolu“

S obzirom da različiti proizvođači koriste različita tehnološka rješenja za punjenje baterije detektora molimo Naručitelja da omogući uz zahtijevano automatsko punjenje baterije bežičnog detektora dok se detektor nalazi u stolu ili mogućnost punjenja putem punjača baterije bežičnog detektora s min. 2 dodatne baterije čija izmjena traje svega nekoliko sekundi. Napominjemo da i sam Naručitelj zahtjeva pod točkom 1.5.9. punjač baterije bežičnog detektora i 1.5.10. min. 2 baterije za bežični digitalni ravni detektor čime jedan način punjenja isključuje drugi. Prihvaćanjem navedene izmjene u niti jednom obliku ne biste diskriminirali niti jednog svjetski renomiranog ponuđača RTG uređaja, omogućili bi prisustvovanja većem broju ponuditelja, te bi pokazali poštivanje Zakona o javnoj nabavi što bi i trebao biti osnovni cilj svakog Naručitelja.

TRAŽENA IZMJENA:

„1.4.14. Automatsko punjenje baterije bežičnog detektora dok se detektor nalazi u stolu ili Punjač baterija bežičnog detektora s min. 2 baterije“

ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (8)

Ne prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta.

Tražena karakteristika je važna tehnička karakteristika koju svaki renomirani proizvođač može zadovoljiti, ovisno o modelu uređaja koji je spreman ponuditi. Navedena karakteristika bitna je za pouzdanost, funkcionalnost i sigurnost rada uređaja. Stoga se navedeni zahtjev odbija.

TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (9)

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu: : U tehničkoj specifikaciji – grupi 1 – digitalni RTG uređaj, Naručitelj traži pod točkom 1.5.1. sljedeće:

„1.5.1 Veličina aktivnog polja detektora min. 420mm x 420mm“

Tražimo minimalnu izmjenu tehničke specifikacije za samo 5 mm u jednoj ravnini. Ravni detektor koji planiramo ponuditi ima aktivnu površinu i veću od zahtijevane (426mm x 415mm) uz minimalnu razliku od zahtjevanu za svega 5 mm u jednoj ravnini. Napominjemo da se za dijagnostički pregled slike gleda ukupna površina aktivnog polja koja se dobiva umnoškom obaju ravnina, a ne dužina samo jedne ravnine. Takođe, detektor koji nudimo ima višestruko više piksela (3408x3320) od zahtjevanih 2800x2800 pod točkom 1.5.2. čime u navedenom aktivnom polju ostvaruje veću količinu piksela omogućava dobivanje puno kvalitetnije dijagnostičke slike, kao što je to slučaj i kod TV-a, monitora, mob. I slično gdje veća količina piksela na podjednako velikoj površini omogućava dobivanje kvalitetnije slike. Prihvaćanjem navedene izmjene u niti jednom obliku ne biste diskriminirali niti jednog svjetski renomiranog ponuđača RTG uređaja, omogućili bi prisustvovanja većem broju ponuditelja, te bi pokazali poštivanje Zakona o javnoj nabavi što bi i trebao biti osnovni cilj svakog Naručitelja.

TRAŽENA IZMJENA:

„1.5.1. Veličina aktivnog polja detektora min. 420mm x 415mm“

ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (9)

Prihvaća se primjedba zainteresiranog gospodarskog subjekta.

Tekst iz Tehničke specifikacije – Grupa 1- Digitalni RTG uređaj: pod točkom 1.5.1. „Veličina aktivnog polja detektora min. 420mm x 420mm“ **mijenja se i glasi** „Veličina aktivnog polja detektora min. 420mm x 415mm“.

**TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA
ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (10)**

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu: *U tehničkoj specifikaciji – grupi 1 – digitalni RTG uređaj, Naručitelj traži pod točkom 1.9.3. sljedeće:*

„1.9.3. Brzina snimanja min. 36 CD/h, 15 DVD/h“

Tražimo minimalnu izmjenu brzine snimanja s 15 na 14 DVD/h što je zanemariva razlika. Prihvaćanjem navedene izmjene u niti jednom obliku ne biste diskriminirali niti jednog svjetski renomiranog ponuđača RTG uređaja, omogućili bi prisustvovanja većem broju ponuditelja, te bi pokazali poštivanje Zakona o javnoj nabavi što bi i trebao biti osnovni cilj svakog Naručitelja.

TRAŽENA IZMJENA:

„1.9.3. Brzina snimanja min. 36 CD/h, 14 DVD/h“

ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (10)

Djelomično se prihvaća prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta.

Tekst iz Tehničke specifikacije – Grupa 1- Digitalni RTG uređaj: pod točkom 1.9.3. „Brzina snimanja min. 36 CD/h, 15 DVD/h“ **mijenja se i glasi** „Brzina snimanja min. 30 CD/h, 14 DVD/h.

Zbog primjedbi i prijedloga većeg broja ponuditelja po pitanju točke 1.9.3. tehničkih specifikacija, usvaja se prijedlog gospodarskog subjekta za izmjenu brzine snimanja s 15 na 14 DVD/h, uz napomenu da po osnovu drugih prijedloga koji će biti navedeni kasnije u izvješću mijenjamo i brzinu snimanja s 36 na 30 CD/h.

**TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA
ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (11)**

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu: *Naručitelj pod točkom 6.8. Kriterije za odabir ponude za grupu 1., pod 2 Dodatne tehničke karakteristike (DK) zahtjeva među ostalim i 1.5.4. Veličina piksela jednaka ili manja od 139 µm 15 bodova. Predlažemo s obzirom da najbolji digitalni ravni detektori na tržištu imaju vrijednost i manju od 130 µm da Naručitelj zahtjeva Veličina piksela manja od 139 µm 15 bodova. Na ovaj način neće pogodovati ponuditelju koji ima lošiju vrijednost mikrona, a dodatno će vrednovati vrijednost koja direktno utječe na veličinu piksela odnosno kvalitetu dobivene dijagnostičke slike, kao i dobivanje kvalitetnijeg detektora od zahtijevanog u osnovnoj specifikaciji*

ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (11)

Ne prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta.

Naručitelj je tehničku specifikaciju i dodatne tehničke karakteristike opisao na način da omogući sudjelovanje što većem broju gospodarskih subjekata, pri tom uvažavajući vlastite potrebe i mogućnosti. Bodovanje dodatnih tehničkih karakteristika u trenutačnim okvirima ne sprječava nuđenje detektora s veličinom piksela od 130 µm ili manjom. Stoga se navedeni zahtjev odbija.

**TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA
ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (12)**

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu: *1.1.4 „mAs u minimalnom raspon od 0.5 do 600 mAs“.*

Obzirom da trenutno objavljene minimalne tehničke specifikacije zadovoljava samo jedan svjetski proizvođač RTG uređaja predlažemo minimalnu izmjenu navedene tehničke karakteristike. Prihvaćanjem predložene minimalne promjene nuđeni uređaj neće izgubiti na kvaliteti kliničke primjene, a omogućili bi sudjelovanje i drugim svjetski poznatim proizvođačima RTG uređaja na objavljenom javnom nadmetanju.

TRAŽENA IZMJENA:

„1.1.4. mAs u minimalnom raspon od 0.5 do 500 mAs“

ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (12)

Ne prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta.

Tražena karakteristika je važna tehnička karakteristika koju svaki renomirani proizvođač može zadovoljiti, ovisno o modelu generatora koji se nudi. Stoga se navedeni zahtjev odbija.

TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (13) Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu: 1.1.5. „Frekvencija generatora min. 90 kHz“ Obzirom da trenutno objavljene minimalne tehničke specifikacije zadovoljava samo jedan svjetski proizvođač RTG uređaja predlažemo minimalnu izmjenu navedene tehničke karakteristike. Prihvaćanjem predložene minimalne promjene nuđeni uređaj neće izgubiti na kvaliteti kliničke primjene, a omogućili bi sudjelovanje i drugim svjetski poznatim proizvođačima RTG uređaja na objavljenom javnom nadmetanju. TRAŽENA IZMJENE: „1.1.5. Frekvencija generatora min. 90 kHz ili koeficijent varijacije: $kV < 0.005$ i $mAs < 0.01$“
ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (13) Ne prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. Tražena karakteristika je važna tehnička karakteristika koju svaki renomirani proizvođač može zadovoljiti. Tražena izmjena je potpuno drukčija tehnička karakteristika koja nema veze s frekvencijom generatora. Tražena izmjena, odnosno koeficijent varijacije, jest zakonski određena karakteristika i obaveza koju prilikom puštanja uređaja u rad mora mjerenjima potvrditi tvrtka ovlaštena za isto. Stoga se navedeni zahtjev odbija.
TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (14) Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu: 1.2.1 „Longitudinalni pomak min. 220 cm“ Obzirom da trenutno objavljene minimalne tehničke specifikacije zadovoljava samo jedan svjetski proizvođač RTG uređaja predlažemo minimalnu izmjenu navedene tehničke karakteristike. Prihvaćanjem predložene minimalne promjene nuđeni uređaj neće izgubiti na kvaliteti kliničke primjene, a omogućili bi sudjelovanje i drugim svjetski poznatim proizvođačima RTG uređaja na objavljenom javnom nadmetanju. TRAŽENA IZMJENE: „1.2.1 Longitudinalni pomak min. 210 cm“
ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (14) Ne prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. Tražena karakteristika je važna tehnička karakteristika koju svaki renomirani proizvođač može zadovoljiti, ovisno o modelu stola koji je spreman ponuditi. Stoga se navedeni zahtjev odbija.
TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (15) Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu: 1.2.3. „Najniža visina centralnog snopa max. 35 cm“. Obzirom da trenutno objavljene minimalne tehničke specifikacije zadovoljava samo jedan svjetski proizvođač RTG uređaja predlažemo minimalnu izmjenu navedene tehničke karakteristike. Prihvaćanjem predložene minimalne promjene nuđeni uređaj neće izgubiti na kvaliteti kliničke primjene, a omogućili bi sudjelovanje i drugim svjetski poznatim proizvođačima RTG uređaja na objavljenom javnom nadmetanju. TRAŽENA IZMJENE: „1.2.3. Najniža visina centralnog snopa maks. 40 cm“
ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (15) Prihvaća se primjedba zainteresiranog gospodarskog subjekta. Odgovor isti kao i kod <i>Odgovor naručitelja na primjedbu ili prijedlog (3)</i>.
TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (16) Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu: 1.2.6. „Rotacija RTG cijevi min. $\pm 140^\circ$“ Obzirom da trenutno objavljene minimalne tehničke specifikacije zadovoljava samo jedan svjetski proizvođač RTG uređaja predlažemo minimalnu izmjenu navedene tehničke karakteristike. Prihvaćanjem predložene minimalne promjene nuđeni uređaj neće izgubiti na kvaliteti kliničke primjene, a omogućili bi sudjelovanje i drugim svjetski poznatim proizvođačima RTG uređaja na objavljenom javnom nadmetanju.

TRAŽENA IZMJENE: „1.2.6. Rotacija RTG cijevi min. $\pm 135^\circ$“
ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (16)
Ne prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. Tražena karakteristika je važna tehnička karakteristika. Rotacija RTG cijevi bitna je radi mogućnosti pozicioniranja cijevi u položaje potrebne kod pojedinih pretraga. Stoga se navedeni zahtjev odbija. Pod <i>Odgovor naručitelja na primjebdu ili prijedlog (4)</i> djelomično je nadopunjena i pojašnjena tehnička specifikacija koja je predmet ovog upita.
TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (17)
Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjebdu: 1.4.1. „Dimenzije stola min. 80 x 230 cm Obzirom da trenutno objavljene minimalne tehničke specifikacije zadovoljava samo jedan svjetski proizvođač RTG uređaja predlažemo minimalnu izmjenu navedene tehničke karakteristike. Prihvaćanjem predložene minimalne promjene nuđeni uređaj neće izgubiti na kvaliteti kliničke primjene, a omogućili bi sudjelovanje i drugim svjetski poznatim proizvođačima RTG uređaja na objavljenom javnom nadmetanju. TRAŽENA IZMJENE: „1.4.1. Dimenzije stola min. 80 x 220 cm“
ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (17)
Ne prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. Tražena karakteristika je važna tehnička karakteristika koju svaki renomirani proizvođač može zadovoljiti, ovisno o modelu stola koji je spreman ponuditi. Stoga se navedeni zahtjev odbija.
TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (18)
Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjebdu: 1.4.6. „Transverzalni pomak gornje ploče stola min. 26 cm“ Obzirom da trenutno objavljene minimalne tehničke specifikacije zadovoljava samo jedan svjetski proizvođač RTG uređaja predlažemo minimalnu izmjenu navedene tehničke karakteristike. Prihvaćanjem predložene minimalne promjene nuđeni uređaj neće izgubiti na kvaliteti kliničke primjene, a omogućili bi sudjelovanje i drugim svjetski poznatim proizvođačima RTG uređaja na objavljenom javnom nadmetanju. TRAŽENA IZMJENE: „1.4.6. Transverzalni pomak gornje ploče stola min. 25cm“
ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (18)
Prihvaća se primjedba zainteresiranog gospodarskog subjekta. Odgovor isti kao i kod <i>Odgovor naručitelja na primjebdu ili prijedlog (6)</i>.
TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (19)
Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjebdu: 1.4.10. „Longitudinalni pomak nosača kazete min. 50 cm“ Obzirom da trenutno objavljene minimalne tehničke specifikacije zadovoljava samo jedan svjetski proizvođač RTG uređaja predlažemo minimalnu izmjenu navedene tehničke karakteristike. Prihvaćanjem predložene minimalne promjene nuđeni uređaj neće izgubiti na kvaliteti kliničke primjene, a omogućili bi sudjelovanje i drugim svjetski poznatim proizvođačima RTG uređaja na objavljenom javnom nadmetanju. TRAŽENA IZMJENE: „1.4.10. Longitudinalni pomak nosača kazete min. 29 cm“
ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (19)
Ne prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. Tražena karakteristika je važna tehnička karakteristika koju svaki renomirani proizvođač može zadovoljiti, ovisno o modelu stola koji je spreman ponuditi. Traženom izmjenom redukcija pomaka nosača kazete umanjila bi se za 21 cm, odnosno za gotovo 40%. Naručitelj smatra da tražena izmjena nikako ne može ući u navod "minimalne izmjene", a pogotovo da se time "neće izgubiti na kvaliteti kliničke primjene". Stoga se navedeni zahtjev odbija.

TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (20) Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu:1.4.14. „Automatsko punjenje baterije bežičnog detektora dok se detektor nalazi u stolu“ Obzirom da trenutno objavljene minimalne tehničke specifikacije zadovoljava samo jedan svjetski proizvođač RTG uređaja predlažemo minimalnu izmjenu navedene tehničke karakteristike. Prihvatanjem predložene minimalne promjene nuđeni uređaj neće izgubiti na kvaliteti kliničke primjene, a omogućili bi sudjelovanje i drugim svjetski poznatim proizvođačima RTG uređaja na objavljenom javnom nadmetanju. TRAŽENA IZMJENE: „1.4.14. Automatsko punjenje baterije bežičnog detektora dok se detektor nalazi u stolu ili isporuka min. 3 baterije za detektor“
ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (20) Ne prihvća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. Tražena karakteristika je važna tehnička karakteristika koju svaki renomirani proizvođač može zadovoljiti, ovisno o modelu uređaja koji je spreman ponuditi. Navedena karakteristika bitna je za pouzdanost, funkcionalnost i sigurnost rada uređaja. Stoga se navedeni zahtjev odbija.
TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (21) Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu:1.6.7. „Automatsko punjenje baterije bežičnog detektora dok se detektor nalazi u vertikalnom stativu“ Obzirom da trenutno objavljene minimalne tehničke specifikacije zadovoljava samo jedan svjetski proizvođač RTG uređaja predlažemo minimalnu izmjenu navedene tehničke karakteristike. Prihvatanjem predložene minimalne promjene nuđeni uređaj neće izgubiti na kvaliteti kliničke primjene, a omogućili bi sudjelovanje i drugim svjetski poznatim proizvođačima RTG uređaja na objavljenom javnom nadmetanju. TRAŽENA IZMJENE: „1.6.7. Automatsko punjenje baterije bežičnog detektora dok se detektor nalazi u vertikalnom stativu ili isporuka min. 3 baterije za detektor“
ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (21) Ne prihvća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. Tražena karakteristika je važna tehnička karakteristika koju svaki renomirani proizvođač može zadovoljiti, ovisno o modelu uređaja koji je spreman ponuditi. Navedena karakteristika bitna je za pouzdanost, funkcionalnost i sigurnost rada uređaja. Stoga se navedeni zahtjev odbija.
TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (22) Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu:U DON je u točki 2.4. Tehničke specifikacije navedeno sljedeće: „Iz dostavljene dokumentacije (npr. opisa, fotografija, kataloga, izjava proizvođača ili ovlaštenog predstavnika zastupnika u EU, potvrda nadležnih instituta za kontrolu kvalitete ili agencija priznate stručnosti) mora biti nedvojbeno potvrđeno da ponuđeni predmeti nabave odgovaraju propisanim tehničkim specifikacijama. Ponuditelji nabrojanim dokaznim sredstvima jasno i nedvojbeno moraju dokazati svaku traženu točku minimalne tehničke specifikacije.“ Predlažemo promjenu ovog dijela dokumentacije i to na način da su ponuditelji obvezni dokazati tražene tehničke karakteristike katalogima, prospektima ili uputama za korištenje uređaja, a stavke koje u njima nisu vidljive mogu dokazati izjavom proizvođača ili ovlaštenog predstavnika zastupnika u EU. Na ovaj način bi onemogućili da se sve tražene tehničke karakteristike potvrde samo izjavom bez detaljnog uvida u katalog ponuđenog uređaja, a čime bi se podigla transparentnost postupka javne nabave. S obzirom na navedeno, molimo promjenu ovog dijela dokumentacija i to na sljedeći način: „Iz dostavljene dokumentacije (katalog, prospekt ili uputa za korištenje uređaja) mora biti ne dvojbeno potvrđeno da ponuđeni predmeti nabave odgovaraju propisanim tehničkim specifikacijama. Ponuditelji nabrojanim dokaznim sredstvima jasno i nedvojbeno moraju dokazati svaku traženu točku minimalne tehničke specifikacije. Iznimno, za stavke koje nisu vidljive iz kataloga, prospekta ili uputa za korištenje uređaja ponuditelj dostavlja izjavu proizvođača ili ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU kojom se potvrđuje da ponuđeni predmet nabave

odgovara navedenom u specifikaciji. Na izjavi mora biti naznačeno ime i prezime, funkcija te detaljni kontakt podaci ovlaštene odgovorne osobe proizvođača koja potpisuje i pečatom ovjerava izjavu.“

ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (22)

Prihvaća se primjedba zainteresiranog gospodarskog subjekta.

Tekst iz Dokumentacije o nabavi: pod točkom 2.4. Tehničke specifikacije „Iz dostavljene dokumentacije (npr. opisa, fotografija, kataloga, izjava proizvođača ili ovlaštenog predstavnika zastupnika u EU, potvrda nadležnih instituta za kontrolu kvalitete ili agencija priznate stručnosti) mora biti nedvojbeno potvrđeno da ponuđeni predmeti nabave odgovaraju propisanim tehničkim specifikacijama. Ponuditelji nabrojanim dokaznim sredstvima jasno i nedvojbeno moraju dokazati svaku traženu točku minimalne tehničke specifikacije“ **mijenja se i glasi** „Iz dostavljene dokumentacije (katalog, prospekt ili uputa za korištenje uređaja) mora biti ne dvojbeno potvrđeno da ponuđeni predmeti nabave odgovaraju propisanim tehničkim specifikacijama. Ponuditelji nabrojanim dokaznim sredstvima jasno i nedvojbeno moraju dokazati svaku traženu točku minimalne tehničke specifikacije. Iznimno, za stavke koje nisu vidljive iz kataloga, prospekta ili uputa za korištenje uređaja ponuditelj dostavlja izjavu proizvođača ili ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU kojom se potvrđuje da ponuđeni predmet nabave odgovara navedenom u specifikaciji. Na izjavi mora biti naznačeno ime i prezime, funkcija te detaljni kontakt podaci ovlaštene odgovorne osobe proizvođača koja potpisuje i pečatom ovjerava izjavu.“

TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (23)

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu: U DON je u točki 2.4. Tehničke specifikacije navedeno sljedeće:

„NAPOMENA: Naručitelj može prije donošenja Odluke o odabiru od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u roku od 5 dana, dostavi demo uređaj sa svim ponuđenim sondama, SW i dodacima kako bi dokazao tražene tehničke karakteristike. Pojašnjenje zahtjeva: ovim navodom Naručitelj otklanja rizik da ponuđeni uređaj ne zadovoljava predložene minimalne tehničke karakteristike.“ Molimo brisanje ovog dijela dokumentacije iz razloga što ponuditelji nemaju uvijek i u svakom trenutku na raspolaganju uređaje koje su u mogućnosti ponuditi na javnim nadmetanjima te ih dostaviti u tako kratkom roku. Svaka konfiguracija ultrazvučnog uređaja je specifična i neisporučuje se sa svim mogućim softverima. Navedeni softveri i dodaci se konfiguriraju prilikom narudžbe ultrazvučnog uređaja u tvornici.

Također se navodi da ovim navodom Naručitelj otklanja rizik da ponuđeni uređaj ne zadovoljava predložene minimalne tehničke karakteristike. U svim postupcima javne nabave u RH ponuditelji zadovoljavanje minimalnih tehničkih karakteristika dokazuju katalogima i izjavama proizvođača ili ovlaštenog zastupnika proizvođača u EU, a što je traženo i u ovom javnom nadmetanju. Upravo iz razloga kako bi Naručitelj bio u potpunosti siguran da ponuđeni uređaj zadovoljava minimalne tehničke karakteristike smo i u prethodnom zahtjevu predložili da tražene tehničke karakteristike moraju biti vidljive iz kataloga, prospekta ili uputa za korištenje uređaja, a za onestavke koje ovdje nisu vidljive iznimno se može dostaviti izjava proizvođača ili ovlaštenog zastupnika u EU. Na taj način će se u potpunosti moći utvrditi da li ponuđeni uređaj zadovoljava tražene minimalne tehničke karakteristike i to za sve 4 grupe u ovom javnom nadmetanju.

ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (23)

Prihvaća se primjedba zainteresiranog gospodarskog subjekta.

Tekst iz Dokumentacije o nabavi: pod točkom 2.4. Tehničke specifikacije „NAPOMENA: Naručitelj može prije donošenja Odluke o odabiru od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u roku od 5 dana, dostavi demo uređaj sa svim ponuđenim sondama, SW i dodacima kako bi dokazao tražene tehničke karakteristike. Pojašnjenje zahtjeva: ovim navodom Naručitelj otklanja rizik da ponuđeni uređaj ne zadovoljava predložene minimalne tehničke karakteristike.“ **bríše se.**

TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (24)

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu: Molimo izmjenu članka 8. stavka 2. prijedloga ugovora na način da ista glasi: „Ukoliko nastane osnova za zaračunavanje ugovorne kazne u skladu s ovim člankom, Naručitelj će izdati račun na ime ugovorne kazne, kojim će teretiti Isporučitelja. Tako obračunati iznos ugovorne kazne dospijeva na naplatu u roku od 30 dana od

<i>datuma izdavanja računa.“</i>
ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (24)
Prihvaća se primjedba zainteresiranog gospodarskog subjekta. Tekst iz Priloga 2. Prijedlog ugovora: pod članom 8. stavak 2. „Naručitelj ima pravo penale zadržati od računa Isporučitelja.“ mijenja se i glasi „Ukoliko nastane osnova za zaračunavanje ugovorne kazne u skladu s ovim člankom, Naručitelj će izdati račun na ime ugovorne kazne, kojim će teretiti Isporučitelja. Tako obračunati iznos ugovorne kazne dospijeva na naplatu u roku od 30 dana od datuma izdavanja računa.“.
TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (25)
Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu: Točka 1.3.1. Rotacija anode min. 9000 o/min Molimo Vas promijeniti u „Rotacija anode min. 8500 o/min“
ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (25)
Prihvaća se primjedba zainteresiranog gospodarskog subjekta. Tekst iz Tehničke specifikacije – Grupa 1- Digitalni RTG uređaj: pod točkom 1.3.1. „Rotacija anode min. 9000 o/min“ mijenja se i glasi „Rotacija anode min. 8500 o/min“.
TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (26)
Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu: Toplinski kapacitet anode min. 400 kHU Molimo Vas promijeniti u „Toplinski kapacitet anode min. 350 kHU“ OBRAZLOŽENJE: Budući da toplinski kapacitet anode nije najvažniji pokazatelj sposobnosti RTG uređaja za dobivanje kvalitetne slike, molimo izmjenu navedene tehničke karakteristike. Toplinski kapacitet anode ovisi isključivo o tehničkom rješenju RTG uređaja. Tvrtka u ponudi ima uređaj koji je konstruiran tako da ima manji toplinski kapacitet anode, a veći toplinski kapacitet kućišta RTG cijevi što omogućuje optimalno hlađenje. Navedeno tehničko rješenje nikako ne utječe na kvalitetu slike našeg RTG uređaja.
ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (26)
Ne prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. Tražena karakteristika iz točke 1.3.2. nije najvažniji pokazatelj sposobnosti RTG uređaja za dobivanje kvalitetne slike, međutim je važna tehnička karakteristika u pogledu izdržljivosti RTG zračnika, odnosno anode, pogotovo kod većih opterećenja u smislu pojačanog priljeva pacijenata u jedinici vremena i/ili zahtjevnijim snimanjima. Navedena karakteristika može biti zadovoljena od svih većih proizvođača RTG uređaja ponudom RTG zračnika jačih karakteristika. Stoga se navedeni zahtjev odbija.
TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (27)
Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu: Točka 1.3.7. Snaga na malom fokusu minimalno 35 kW i snaga na velikom fokusu minimalno 90 kW Molimo Vas promijeniti u „Snaga na malom fokusu minimalno 34 kW i snaga na velikom fokusu minimalno 65 kW“ OBRAZLOŽENJE: Navedeni zahtjev je kontradiktoran sa zahtjevom iz točke 1.1.1. gdje se traži snaga generatora min. 65 kW, a snaga koja se traži u ovoj točki na velikom fokusu iznosi 90 kW. Tehnički gledano generator je komponenta RTG uređaja koja osigurava električnu snagu na RTG cijevi te je tehnički nemoguće da na RTG cijevi bude snaga veća od snage koju može osigurati generator. Kako bi se uskladila oba zahtjeva te s obzirom na minimalno odstupanje snage na malom fokusu od svega 1 kW, molimo promjenu ovog zahtjeva kako bi se i tvrtki omogućilo sudjelovanje na ovom javnom nadmetanju.

ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (27)
Ne prihvća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. Tražena karakteristika je važna tehnička karakteristika u pogledu izdržljivosti RTG zračnika ukoliko se ne opterećuje do krajnjih granica, pogotovo kod većih opterećenja u smislu pojačanog priljeva pacijenata u jedinici vremena i/ili zahtjevnijim snimanjima. Snaga generatora ne mora biti u korelaciji sa snagom RTG zračnika upravo zbog dugovječnije izdržljivosti RTG zračnika. Dodatno, zahtjev za izmjenom snage na malom fokusu od svega 1 kW nema smisla, s obzirom na to da se time ne mijenja uvjet snage na velikom fokusu. Stav je Naručitelja da tražena karakteristika može biti zadovoljena od strane većeg broja proizvođača RTG uređaja isporukom RTG zračnika jačih karakteristika. Stoga se navedeni zahtjev odbija.
TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (28)
Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu: <i>Točka 1.4.7. Nosač kazete s pomičnom rešetkom (tzv. „Bucky“)</i> <i>Molimo Vas promijeniti u</i> <i>„Nosač detektora s mogućnošću vađenja rešetke“</i> OBRAZLOŽENJE: <i>Budući da se ovdje radi o izvedbi digitalnog RTG uređaja koji dolazi sa digitalnim detektorom za primjenu u stolu, molimo promjenu ovog zahtjeva kako bi bio usklađen sa traženim karakteristikama RTG uređaja. Uređaj tvrtke ima stacionarnu izvedbu rešetke s puno većim brojem linija/cm od traženog čime se na adekvatan način sprječava utjecaj raspršenog zračenja na kvalitetu slike, a koja se po potrebi može izvaditi kod pedijatrijskih snimanja. Obzirom na minimalno odstupanje, molimo promjenu ovog zahtjeva kako bi se i tvrtki omogućilo sudjelovanje na ovom javnom nadmetanju.</i>
ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (28)
Ne prihvća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. Tražena izmjena predstavlja bitno odstupanje od onoga što je propisano u tehničkoj specifikaciji, kako po izvedbi, tako i po utjecaju na kvalitetu slike. Stacionarna rešetka mora imati vrlo veliku gustoću, odnosno broj linija/cm, kako bi se barem minimalno kompenzirala mehanička svojstva snimanja s pomičnom rešetkom. Pomična rešetka je po mišljenju naručitelja optimalno tehničko rješenje, pogotovo kod korištenja visoko rezolutnog digitalnog detektora. Stoga se navedeni zahtjev odbija.
TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (29)
Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu: <i>Točka 1.4.10.</i> <i>Longitudinalni pomak nosača kazete min. 50 cm</i> <i>Molimo Vas promijeniti u</i> <i>„Longitudinalni pomak nosača detektora min. 50 cm“</i> OBRAZLOŽENJE: <i>Budući da se ovdje radi o izvedbi digitalnog RTG uređaja koji dolazi sa digitalnim detektorom za primjenu u stolu, molimo promjenu ovog zahtjeva kako bi bio usklađen sa traženim karakteristikama RTG uređaja.</i>
ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (29)
Djelomično se prihvća primjedba zainteresiranog gospodarskog subjekta. Tekst iz Tehničke specifikacije – Grupa 1- Digitalni RTG uređaj: pod točkom 1.4.10. <i>„Longitudinalni pomak nosača kazete min. 50 cm“ mijenja se i glasi „Longitudinalni pomak nosača detektora min. 40 cm“.</i> Navedena primjedba je povezana s <i>Odgovorom naručitelja na primjedbu ili prijedlog (7)</i> gdje je već ranije prihvaćena izmjena zainteresiranog gospodarskog subjekta.
TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (30)
Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu:

U trenutnoj tehničkoj specifikaciji tražena su 2 komada bežičnih mobilnih digitalnih detektora za primjenu u stolu i u vertikalnom stativu. Moderni digitalni RTG uređaji su u današnje vrijeme konfigurirani tako da imaju jedan fiksni detektor u vertikalnom stativu te jedan bežični mobilni digitalni ravni detektor koji se koristi za snimanja na stolu te za snimanja izvan stola. Htjeli bismo također skrenuti pažnju Naručitelju kako je prethodno navedena konfiguracija također bila zahtijevana u natječaju za nabavu digitalnog RTG uređaja u OB Gospić 2018. godine, a što dodatno potvrđuje da je spomenuta konfiguracija danas standard u radiologiji. Tehničku specifikaciju s natječaja u OB Gospić u kojoj je označen dio koji se odnosi na detektore dostavljamo na kraju dopisa pod oznakom PRILOG 1. Planirana sredstva za nabavu digitalnog RTG uređaja u Domu Zdravlja Otočac bila bi dovoljna za nabavu ovakve konfiguracije uređaja (i time bi se osigurala razina kvalitete uređaja kao i u OB Gospić). S obzirom na navedeno molimo sljedeće promjene:

Točka 1.5. BEŽIČNI MOBILNI DIGITALNI RAVNI DETEKTOR – 2 KOMADA

Molimo Vas promijeniti u

„BEŽIČNI MOBILNI DIGITALNI RAVNI DETEKTOR – 1 KOMAD „

OBRAZLOŽENJE:

Predlažemo dodavanje posebne točke koja opisuje tehničke karakteristike detektora za primjenu u vertikalnom stativu pa u tom slučaju nema potrebe za 2 bežična mobilna digitalna ravna detektora. Prijedlog tehničkih karakteristika detektora za primjenu u vertikalnom stativu nalazi se niže u dopisu i to pod točkom 7.

Točka 1.5.8. Maksimalno točkasto opterećenje detektora na površini promjera 4 cm: min. 100 kg

Molimo Vas promijeniti u

„Maksimalno opterećenje detektora kada je pacijent u stojećem ili ležećem položaju: min. 100 kg“

OBRAZLOŽENJE:

Proizvođač za karakteristiku detektora daje informaciju o dozvoljenom opterećenju kada se pacijent nalazi u stojećem i ležećem položaju. S obzirom na minimalno odstupanje, molimo promjenu ovog zahtjeva kako bi se i tvrtki omogućilo sudjelovanje na ovom javnom nadmetanju.

ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (30)

Ne prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta.

Točka 1.5.

Tražena izmjena predstavlja bitno odstupanje od onoga što je propisano u tehničkoj specifikaciji, a uz to predstavlja i smanjenje kriterija kvalitete u pogledu karakteristika traženog uređaja. Naručitelj je u dokumentaciji jasno i nedvosmisleno opisao tražene tehničke karakteristike te su, između ostalog, tražena dva bežična mobilna detektora. Navedeno je traženo zbog fleksibilnosti i mogućnosti potpune funkcionalnosti rada uređaja.

Naime, kod ovakve konfiguracije uređaja, eventualni kvar jednog od detektora ne umanjuje potpunu funkcionalnost uređaja, što ne bi bio slučaj kod konfiguracije koju gospodarski subjekt traži. Planirana sredstva za nabavu digitalnog RTG uređaja u Domu Zdravlja Otočac su po planovima Naručitelja dovoljna za nabavu tražene konfiguracije, te je navedena konfiguracija ocijenjena kao najpovoljnija opcija s obzirom na omjer cijene i kvalitete. Stoga, nije potrebno smanjivati razinu kvalitete te se navedeni zahtjev odbija.

Točka 1.5.8.

Naručitelju je razumljivo i jasno da svaki proizvođač ima svoj način opisa i definiranja pojedinih karakteristika i prihvatit će pojašnjenje opisano i na drugi način od direktno traženog, sve dok potvrda ili opis dokazuju traženu karakteristiku. Međutim, Naručitelj traži karakteristiku o točkastom opterećenju detektora na površini promjera 4 cm, dok gospodarski subjekt zahtijeva izmjenu na maksimalno opterećenje na cijeli detektor, što je bitno odstupanje od traženoga, a uz to i veliko smanjenje kriterija i kvalitete karakteristika traženog uređaja. Naručitelj će od ponuđača prihvatiti dokaz ispunjenja karakteristike ako na bilo koji način dokaže traženu karakteristiku o opterećenju na traženoj površini. Stoga se navedeni zahtjev odbija.

**TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA
ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (31)**

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbui:

Kako bi opisali tehničke karakteristike detektora za primjenu u vertikalnom stativu molimo

dodavanje posebne točke. Samim time bi zadržali identičnu razinu kvalitete kao i kod bežičnog mobilnog digitalnog ravnog detektora u točki 1.5., a ne bi ograničili potencijalni broj ponuditelja. Dodavanjem ove točke povećali bi broj potencijalnih ponuditelja s obzirom da bi omogućili nuđenje drugačijeg tehničkog rješenja uz zadržanu osnovnu funkcionalnost. S obzirom na navedeno, predlažemo dodavanje sljedećih tehničkih karakteristika:

1.X RAVNI DETEKTOR ZA PRIMJENU U VERTIKALNOM STATIVU –1 KOMAD

1.X.1. Veličina aktivnog polja detektora minimalno 420 mm x 420 mm

1.X.2. Matrica detektora minimalno 2800 x 2800 piksela

1.X.3. Veličina piksela maksimalno 148 µm

1.X.4. Materijal detektora a-Si sa CsI

1.X.5. Dubina akvizicije minimalno 16 bit-a

OBRAZLOŽENJE:

Sve bitne tehničke karakteristike detektora za primjenu u vertikalnom stativu su zadržane čime se ne gubi na kvaliteti slike, a omogućeno je nuđenje drugačijeg tehničkog rješenja uređaja. Bitno je napomenuti da bi se u ovom slučaju izbacile samo točke karakteristične za bežični detektor (težina, trajanje baterije, dozvoljeno opterećenje...). U slučaju da netko od ponuditelja ipak želi ponuditi 2 bežična mobilna digitalna detektora to će mu biti omogućeno, ali će isto tako biti omogućeno nuđenje digitalnog detektora koji je fiksno ugrađen u vertikalni stativ

ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (31)

Ne prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta.

Tražena izmjena predstavlja bitno odstupanje od onoga što je propisano u tehničkoj specifikaciji, a uz to predstavlja i smanjenje kriterija i kvalitete karakteristika traženog uređaja. Kao što je opisano i u *Odgovoru naručitelja na primjedbui prijedlog (30)*, Naručitelj je u dokumentaciji jasno i nedvosmisleno opisao tražene tehničke karakteristike te su, između ostalog, tražena dva bežična mobilna detektora. Navedeno je traženo zbog fleksibilnosti i mogućnosti potpune funkcionalnosti rada uređaja kod eventualnog kvara jednog od detektora čime se ne umanjuje potpunu funkcionalnost uređaja, što ne bi bio slučaj kod konfiguracije koja se traži u zahtjevu. Planirana sredstva za nabavu digitalnog RTG uređaja u Domu zdravlja Otočac su po planovima Naručitelja dovoljna za nabavu tražene konfiguracije, te je navedena konfiguracija ocijenjena kao najpovoljnija opcija s obzirom na omjer cijene i kvalitete. Stoga, nije potrebno smanjivati razinu kvalitete te se navedeni zahtjev odbija.

**TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA
ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (32)**

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbui:

Točka 1.6.3. Nosač kazete s pomičnom rešetkom (tzv. „Bucky“)

Molimo Vas promijeniti u

„Nosač detektora s mogućnošću vađenja rešetke“

OBRAZLOŽENJE:

Budući da se ovdje radi o izvedbi digitalnog RTG uređaja koji dolazi sa digitalnim detektorom za primjenu u vertikalnom stativu, molimo promjenu ovog zahtjeva kako bi bio usklađen sa traženim karakteristikama RTG uređaja. Uređaj tvrtke ima stacionarnu izvedbu rešetke s puno većim brojem linija/cm od traženog čime se na adekvatan način sprječava utjecaj raspršenog zračenja na kvalitetu slike, a koja se po potrebi može izvaditi kod pedijatrijskih snimanja. Obzirom na minimalno odstupanje, molimo promjenu ovog zahtjeva kako bi se i tvrtki omogućilo sudjelovanje na ovom javnom nadmetanju.

ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (32)

Ne prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta.

Tražena izmjena predstavlja bitno odstupanje od onoga što je propisano u tehničkoj specifikaciji, kako po izvedbi, tako i po utjecaju na kvalitetu slike. Stacionarna rešetka mora imati vrlo veliku gustoću, odnosno broj linija/cm, kako bi se barem minimalno kompenzirala mehanička svojstva snimanja s pomičnom rešetkom. Pomična rešetka je po mišljenju naručitelja optimalno tehničko rješenje, pogotovo kod korištenja visoko rezolutnog digitalnog detektora. Stoga se navedeni zahtjev odbija.

TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (33)
Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu: <i>Točka 1.6.6. "Auto-stitching" - opcija povezivanja slika</i> <i>Navedena opcija je dostupna isključivo na našem stropnom modelu RTG uređaja. Željeli bismo skrenuti pažnju Naručitelju da svi vodeći svjetski proizvođači navedenu opciju imaju samo na stropnim modelima RTG uređaja. Također bismo željeli napomenuti da se ova opcija koristi za planiranje ortopedskih operativnih zahvata i to u ustanovama koje imaju registriranu ortopedsku djelatnost i koje se bave ortopedskim operacijama. S obzirom da je u ovom javnom nadmetanju planirana nabava podnog RTG uređaja, molimo brisanje ovog zahtjeva kako bi se većem broju ponuditelja pa tako i tvrtki omogućilo sudjelovanje na ovom javnom nadmetanju.</i>
ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (33)
Ne prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. Navedena izmjena predstavlja bitno odstupanje od traženoga, kako po izvedbi, tako i po montaži, te načinu korištenja uređaja. Naručitelj je u dokumentaciji jasno i nedvosmisleno opisao tražene tehničke karakteristike uređaja, a dodatno je provjerio jesu li se stvorili uvjeti nuđenja od strane više proizvođača, kako bi se poštovala sve odredbe Zakona o javnoj nabavi o transparentnosti i zaštiti tržišnog natjecanja. Propisanom točkom tehničke specifikacije Naručitelj osigurava svojim korisnicima veći opseg pružanja usluga, pogotovo u pogledu kvalitetne dijagnostike i pripreme pacijenata za eventualne daljnje zahvate ili terapije, s obzirom na to da velik broj korisnika usluga Doma zdravlja Otočac čine osobe starije životne dobi i/ili općenito osobe s potrebama za ortopedskom dijagnostikom. Ovom vrstom pretraga će korisnici naših usluga biti lokalno obrađeni i bit će dijagnosticirana eventualna potrebna daljnja obrada, bez potrebe za odlazanjem u udaljene ustanove, koje obavljaju ortopedske djelatnosti, na istovjetne pretrage i time stvaranjem opterećenja na listama čekanja u istima. Nadalje, ovim širenjem spektra usluga dolazi do poboljšanja razine kvalitete istih, što je primarni cilj funkcioniranja Doma zdravlja Otočac. Dodatno, u pogledu prostornih mogućnosti RTG snimaone Doma zdravlja Otočac, zbog ograničene visine i načina izvedbe stropa, uvjeti za montažu stropnog modela uređaja su znatno otežani. Konfiguracija uređaja s traženim izmjenama bi zahtijevala utrošak vrlo značajnih financijskih i vremenskih resursa oko građevinske pripreme prostora, što bi povećalo cijenu nabave uređaja iznad planiranih financijskih sredstava za predmetnu nabavu. Stoga se navedeni zahtjev odbija.
TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (34)
Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu: <i>Točka 1.6.7. Automatsko punjenje baterije bežičnog detektora dok se detektor nalazi u vertikalnom stativu</i> <i>S obzirom na prethodno predloženu promjenu odnosno dodavanje točke „RAVNI DETEKTOR ZA PRIMJENU U VERTIKALNOM STATIVU“ u točki 7. ovog dopisa, molimo brisanje ovog zahtjeva budući da u tom slučaju ovaj detektor ne bi imao posebnu bateriju pa samim time ova tražena tehnička karakteristika ne bi imala smisla.</i>
ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (34)
Ne prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. Tražena izmjena predstavlja bitno odstupanje od onoga što je propisano u tehničkoj specifikaciji, a uz to predstavlja i smanjenje kriterija i kvalitete karakteristika traženog uređaja. Kao što je prethodno pojašnjeno u <i>Odgovoru naručitelja na primjedbu ili prijedlog (30)</i>, Naručitelj je u dokumentaciji jasno i nedvosmisleno opisao tražene tehničke karakteristike. Navedenom karakteristikom osigurava se pouzdaniji, brži i sigurniji rad. Stoga se navedeni zahtjev odbija.
TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (35)
Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu: <i>Točka 1.7.3. Računalo: procesor min. 3.7 GHz i 4 jezgre, min. 8 GB RAM DDR4, min. 512 GB SSD, min. 64-bitni operativni sustav</i> <i>Molimo Vas promijeniti u</i> <i>„Računalo: procesor min. 3.3 GHz i 4 jezgre, min. 8 GB RAM DDR4, min. 512 GB SSD, min. 64-bitni</i>

operativni sustav“ OBRAZLOŽENJE: Obzirom na minimalno odstupanje, molimo promjenu ovog zahtjeva kako bi se i tvrtki omogućilo sudjelovanje na ovom javnom nadmetanju.
ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (35)
Prihvaća se primjedba zainteresiranog gospodarskog subjekta. Tekst iz Tehničke specifikacije – Grupa 1- Digitalni RTG uređaj: pod točkom 1.7.3. „Računalo: procesor min. 3.7 GHz i 4 jezgre, min. 8 GB RAM DDR4, min. 512 GB SSD, min. 64-bitni operativni sustav“ mijenja se i glasi „Računalo: procesor min. 3.3 GHz i 4 jezgre, min. 8 GB RAM DDR4, min. 512 GB SSD, min. 64-bitni operativni sustav“.
TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA
ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (36)
Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu: Točka 1.9.3. Brzina snimanja min. 36 CD/h, 15 DVD/h Molimo Vas promijeniti u „Brzina snimanja min. 30 CD/h, 15 DVD/h“ OBRAZLOŽENJE: Uređaj koji planiramo ponuditi ima spremnik od 50 diskova (znatno više od min. 20 koliko se traži u točki 1.9.2.), ali nešto nižu brzinu snimanja od trenutno tražene te iznosi 30 CD/h. Obzirom na minimalno odstupanje, molimo promjenu ovog zahtjeva kako bi se i tvrtki omogućilo sudjelovanje na ovom javnom nadmetanju.
ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (36)
Djelomično se prihvaća prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. Pogledati <i>Odgovor naručitelja na primjedbu ili prijedlog (10).</i>
TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA
ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (37)
Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu: Točka 1.9.5. Maksimalna rezolucija printera min. 4800 dpi Molimo Vas promijeniti u „Maksimalna rezolucija printera min. 1440 dpi“ OBRAZLOŽENJE: Uređaj koji planiramo ponuditi ima nešto nižu maksimalnu rezoluciju printera, a što nema nikakvog utjecaja na kvalitetu ispisa. Uzimajući u obzir da ovaj uređaj prvenstveno služi za ispis podataka o pacijentu na CD smatramo da ova tražena karakteristika nije presudan pokazatelj kvalitete traženog uređaja. S obzirom na navedeno, molimo promjenu ovog zahtjeva kako bi se i tvrtki omogućilo sudjelovanje na ovom javnom nadmetanju.
ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (37)
Prihvaća se primjedba zainteresiranog gospodarskog subjekta. Tekst iz Tehničke specifikacije – Grupa 1- Digitalni RTG uređaj: pod točkom 1.9.5. „Maksimalna rezolucija printera min. 4800 dpi“ mijenja se i glasi „Maksimalna rezolucija printera min. 1440 dpi“.
TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA
ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (38)
Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu: Točka 1.9.6. Maksimalna veličina ispisa min. 120 mm Molimo Vas promijeniti u „Maksimalna veličina ispisa min. 116 mm“ OBRAZLOŽENJE: Uzimajući u obzir činjenicu da je promjer CD medija upravo 120 mm te da ovaj uređaj prvenstveno služi za ispis podataka o pacijentu na CD smatramo da prihvaćanje ove tražene izmjene neće imati nikakvog negativnog utjecaja na funkcionalnost uređaja. Obzirom na minimalno odstupanje, molimo promjenu ovog zahtjeva kako bi se i tvrtki omogućilo sudjelovanje na ovom javnom nadmetanju.
ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (38)
Prihvaća se primjedba zainteresiranog gospodarskog subjekta.

Tekst iz Tehničke specifikacije – Grupa 1- Digitalni RTG uređaj: pod točkom 1.9.5. „Maksimalna veličina ispisa min. 120 mm“ **mijenja se i glasi** „Maksimalna veličina ispisa min. 116 mm“.

**TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA
ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (39)**

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu:

Točka 1.9.10. Izrada diska i označavanje izravno s radnih stanica modaliteta

Molimo Vas promijeniti u

„Izrada diska i označavanje izravno s računala za upravljanje robot uređajem“

OBRAZLOŽENJE:

Budući da je su točki 1.9.13. navedene tehničke karakteristike računala za upravljanje robot uređajem, a na kojemu se upravo i izrađuju diskovi, molimo promjenu ovog zahtjeva kako bi bio jasno i nedvojbeno definiran te u skladu s traženim u točki 1.9.13.

ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (39)

Djelomično se prihvaća prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta.

Tekst iz Tehničke specifikacije – Grupa 1- Digitalni RTG uređaj: pod točkom 1.9.5. „Izrada diska i označavanje izravno s radnih stanica modaliteta“ **mijenja se i glasi** „Izrada diska i označavanje izravno s radnih stanica modaliteta i/ili izravno s računala za upravljanje robot uređajem“.

**TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA
ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (40)**

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu:

DODATNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE RTG UREĐAJA

Trenutna raspodjela bodova je napravljena prema sljedećoj tablici:

DODATNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE	BROJ BODOVA
GRUPA 1. DIGITALNI RTG UREĐAJ S PODNIM STATIVOM	
1.4. STOL ZA PACIJENTA	
1.4.4. Najveća dozvoljena masa pacijenta na stolu min. 280 kg	0 bodova
Najveća dozvoljena masa pacijenta na stolu >280 kg ≤ 319 kg	7,5 bodova
Najveća dozvoljena masa pacijenta na stolu > 319 kg	15 bodova
1.5 . BEŽIČNI MOBILNI DIGITALNI RAVNI DETEKTOR	
1.5.4. Veličina piksela maksimalno 148 μm	0 bodova
Veličina piksela od 147 μm do 140 μm	7,5 bodova
Veličina piksela jednaka ili manja od 139 μm	15 bodova

Kako bi bodovanje dodatnih tehničkih karakteristika prilagodili predloženim promjenama te kako bi bodovali neke bitne karakteristike uređaja koje imaju utjecaja na protočnost pacijenata i brzinu obavljanja pregleda predlažemo bodovanje dodatnih tehničkih karakteristika digitalnog podnog RTG uređaja kako slijedi:

Dodatna funkcionalna svojstva:	Broj bodova:
1.4. STOL ZA PACIJENTA	
1.4.4. Najveća dozvoljena masa pacijenta na stolu 280 kg	0
1.4.4. Najveća dozvoljena masa pacijenta na stolu >280 kg i ≤ 319 kg	5
1.4.4. Najveća dozvoljena masa pacijenta na stolu > 319 kg	8
1.5 . BEŽIČNI MOBILNI DIGITALNI RAVNI DETEKTOR	
1.5.4. Veličina piksela maksimalno 148 µm	0
1.5.4. Veličina piksela od 147 µm do 140 µm	3
1.5.4. Veličina piksela jednaka ili manja od 139 µm	7
1.X. RAVNI DETEKTOR ZA PRIMJENU U VERTIKALNOM STATIVU	
1.X.3. Veličina piksela maksimalno 148 µm	0
1.X.3. Veličina piksela od 147 µm do 140 µm	3
1.X.3. Veličina piksela jednaka ili manja od 139 µm	7
F1: Kamera tvornički integrirana na kolimatoru koja na akvizicijskoj radnoj stanici omogućuje kontrolu pozicije pacijenta prilikom snimanja na stolu ili vertikalnom stativu	4
F2: LED svijetla tvornički integrirana na vrhu nosača RTG cijevi i na vrhu vertikalnog stativa koje različitim bojama prikazuju status pregleda	2
F3: Bežični mobilni digitalni ravni detektor s integriranom ručkom (ne prihvaćaju se konstrukcijska rješenja koja imaju uture za prste u detektoru umjesto ručke)	2

Dodatna funkcionalna svojstva označena sa F1 i F2 su posebno važna jer omogućuju brže obavljanje pregleda te smanjuju mogućnost za ponovnim obavljanjem pregleda zbog krivog pozicioniranja pacijenta ili zbog nemirnih pacijenata za vrijeme snimanja. Pomoću kamere operater na monitoru akvizicijske radne stanice može vidjeti položaj pacijenta te u slučaju da se pacijent pomaknuo iz položaja potrebnog za obavljanje snimanja može to uočiti prije nego li je pokrenuo snimanje. To je posebno važno jer u slučaju da se pacijent pomakne iz položaja potrebnog za obavljanje snimanja (a operater to ne uoči), operater će pokrenuti snimanje te će pacijent primiti određenu dozu zračenja, a slika dobivena tim snimanjem neće biti upotrebljiva pa će se stoga snimanje morati ponoviti, a samim time se pacijent ponovno izlaže štetnom rendgenskom zračenju. Ova funkcionalnost posebno dolazi do izražaja kod pedijatrijskih snimanja kada djeca mogu biti nemirna, a na ovaj način se može osigurati da se eliminira potreba za ponavljanjem snimanja. LED svijetla integrirana na vrhu nosača RTG cijevi i na vrhu vertikalnog stativa omogućuju bolju komunikaciju pacijenta i operatera jer se različitim bojama osvjetljenja pacijentu daje informacija kada mora ostati miran te zadržati dah. Kada svijetli crvena boja tada pacijent mora biti miran i zadržati dah, a kada zasvijetli zeleno tada se može pomaknuti te nastaviti disati jer je snimanje završeno. U slučaju da pacijent udahne kada se obavlja snimanje tada se na slici vide sjene pa je samim time dobivena slika neupotrebljiva, a snimanje se mora obaviti ponovno čime se pacijent ponovno izlaže štetnom rendgenskom zračenju. Ova funkcionalnost posebno dolazi do izražaja kod pedijatrijskih snimanja kada djeca mogu biti nemirna, a na ovaj način se može osigurati da se eliminira potreba za ponavljanjem snimanja. Dodatno funkcionalno svojstvo označeno sa F3 je posebno važno jer uvelike smanjuje mogućnost da detektor ispadne iz ruke prilikom vađenja iz stola i obavljanja snimanja izvan stola te kod ponovnog vraćanja u stol. Detektor je najosjetljivija komponenta cijelog sustava te bi u slučaju pada kada isklizne iz ruke došlo do loma detektora i time bi se napravila velika financijska šteta. Integrirana ručka eliminira mogućnost da detektor isklizne iz ruke prilikom prenošenja.

ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (40)

Ne prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta.

Tražena izmjena predstavlja bitno odstupanje od onoga što je propisano dokumentacijom o nabavi, uz to što bi se uvođenjem navedenih kriterija za bodovanje pogodovalo određenom gospodarskom subjektu, što nije prihvatljivo prema ZJN 2016 te se navedeni zahtjev odbija.

Također, predložene dodatne karakteristike za bodovanje su redundantne u odnosu na realne zahtjeve i potrebe Naručitelja, odnosno operatera RTG uređaja.

PRIMJEDBE I PRIJEDLOZI ZAINTERESIRANIH GOSPODASKIH SUBJEKATA I ODGOVORI NARUČITELJA NA PRIMJEDBE I PRIJEDLOGE za GRUPU 2. (prihvaća se / djelomično se prihvaća/ ne prihvaća se)
TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (41)
Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu: 1.2. „Izlazni napon u min. Rasponu od 22.-49 kV u koracima po 1 Kv“ Obzirom da trenutno objavljene minimalne tehničke specifikacije zadovoljava samo jedan svjetski proizvođač mamografskih uređaja predlažemo minimalnu izmjenu navedene tehničke karakteristike. Prihvaćanjem predložene minimalne promjene nuđeni uređaj neće izgubiti na kvaliteti kliničke primjene, a omogućili bi sudjelovanje i drugim svjetski poznatim proizvođačima mamografskih uređaja na objavljenom javnom nadmetanju. TRAŽENA IZMJENE: „1.2. Izlazni napon u min. Rasponu od 22-39kV u koracima po 1 kV“
ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (41)
Ne prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. Smanjenje raspona u izlaznom naponu dovelo bi do snižavanja klase uređaja, a Naručitelj za cilj ima nabavu uređaja visoke klase. Naručitelj je predmet nabave s pripadajućim tehničkim karakteristikama opisao sukladno svojim potrebama na jasan, nedvojbjen, potpun i neutralan način koji osigurava mogućnost većem broju zainteresiranih gospodarskih subjekata nuđenje predmetnog uređaja.
TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (42)
Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu:1.3. „Min. Raspon mAs od 3-600mAs“ Obzirom da trenutno objavljene minimalne tehničke specifikacije zadovoljava samo jedan svjetski proizvođač mamografskih uređaja predlažemo minimalnu izmjenu navedene tehničke karakteristike. Prihvaćanjem predložene minimalne promjene nuđeni uređaj neće izgubiti na kvaliteti kliničke primjene, a omogućili bi sudjelovanje i drugim svjetski poznatim proizvođačima mamografskih uređaja na objavljenom javnom nadmetanju. TRAŽENA IZMJENE: „1.3. Min. Raspon mAs od 3-500mAs“
ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (42)
Prihvaća se primjedba zainteresiranog gospodarskog subjekta. Tekst iz Tehničke specifikacije – Grupa 2 - Digitalni RTG uređaj - mamograf: pod točkom 1.3. „Min. Raspon mAs od 3-600mAs“ mijenja se i glasi „Min. Raspon mAs od 3-500mAs“.
TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (43)
Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu:2.1. „Motorizirano namještanje po visini: min. 69 cm do 150 cm“ Obzirom da trenutno objavljene minimalne tehničke specifikacije zadovoljava samo jedan svjetski proizvođač mamografskih uređaja predlažemo minimalnu izmjenu navedene tehničke karakteristike. Prihvaćanjem predložene minimalne promjene nuđeni uređaj neće izgubiti na kvaliteti kliničke primjene, a omogućili bi sudjelovanje i drugim svjetski poznatim proizvođačima mamografskih uređaja na objavljenom javnom nadmetanju. TRAŽENA IZMJENE: „2.1. Motorizirano namještanje po visini: min. 71 cm do 141 cm“
ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (43)
Ne prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. Naručitelj je predmet nabave s pripadajućim tehničkim karakteristikama opisao sukladno svojim potrebama na jasan, nedvojbjen, potpun i neutralan način koji osigurava mogućnost većem broju zainteresiranih gospodarskih subjekata nuđenje predmetnog uređaja.
TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (44)
Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu:2.2. „Motorizirana rotacija u rasponu od min. +180°/-180°“

Obzirom da trenutno objavljene minimalne tehničke specifikacije zadovoljava samo jedan svjetski proizvođač mamografskih uređaja predlažemo minimalnu izmjenu navedene tehničke karakteristike. Prihvatanjem predložene minimalne promjene nuđeni uređaj neće izgubiti na kvaliteti kliničke primjene, a omogućili bi sudjelovanje i drugim svjetski poznatim proizvođačima mamografskih uređaja na objavljenom javnom nadmetanju.

TRAŽENA IZMJENE:

„2.2. Motorizirana rotacija u rasponu od min. 350°“

ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (44)

Prihvaća se primjedba zainteresiranog gospodarskog subjekta.

Tekst iz Tehničke specifikacije – Grupa 2 - Digitalni RTG uređaj - mamograf: pod točkom 2.2. „Motorizirana rotacija u rasponu od min. +180°/-180°“ **mijenja se i glasi** „Motorizirana rotacija u rasponu od min. 350°“.

TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA

ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (45)

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu:2.8. „Kompresija u min rasponu od 5-200 N“

Obzirom da trenutno objavljene minimalne tehničke specifikacije zadovoljava samo jedan svjetski proizvođač mamografskih uređaja predlažemo minimalnu izmjenu navedene tehničke karakteristike. Prihvatanjem predložene minimalne promjene nuđeni uređaj neće izgubiti na kvaliteti kliničke primjene, a omogućili bi sudjelovanje i drugim svjetski poznatim proizvođačima mamografskih uređaja na objavljenom javnom nadmetanju.

TRAŽENA IZMJENE:

„2.8. Kompresija do min 178 N“

ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (45)

Ne prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta.

Naručitelj je predmet nabave s pripadajućim tehničkim karakteristikama opisao sukladno svojim potrebama na jasan, nedvojbjen, potpun i neutralan način koji osigurava mogućnost većem broju zainteresiranih gospodarskih subjekata nuđenje predmetnog uređaja.

TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA

ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (46)

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu:3.1. „Rotirajuća anoda: volfram/renijum (W/Re) ili molidben/rodij (Mo/Rh)“

Obzirom da trenutno objavljene minimalne tehničke specifikacije zadovoljava samo jedan svjetski proizvođač mamografskih uređaja predlažemo minimalnu izmjenu navedene tehničke karakteristike. Prihvatanjem predložene minimalne promjene nuđeni uređaj neće izgubiti na kvaliteti kliničke primjene, a omogućili bi sudjelovanje i drugim svjetski poznatim proizvođačima mamografskih uređaja na objavljenom javnom nadmetanju.

TRAŽENA IZMJENE:

„3.1. Rotirajuća anoda:volfram (W) ili volfram/renijum (W/Re) ili molidben/rodij (Mo/Rh)“

ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (46)

Prihvaća se primjedba zainteresiranog gospodarskog subjekta.

Tekst iz Tehničke specifikacije – Grupa 2 - Digitalni RTG uređaj - mamograf: pod točkom 3.1. „Rotirajuća anoda: volfram/renijum (W/Re) ili molidben/rodij (Mo/Rh)“ **mijenja se i glasi** „Rotirajuća anoda: volfram (W) ili volfram/renijum (W/Re) ili molidben/rodij (Mo/Rh)“.

TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA

ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (47)

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu:3.6. „Filteri od rodija i aluminijski ili berilij“

Obzirom da trenutno objavljene minimalne tehničke specifikacije zadovoljava samo jedan svjetski proizvođač mamografskih uređaja predlažemo minimalnu izmjenu navedene tehničke karakteristike. Prihvatanjem predložene minimalne promjene nuđeni uređaj neće izgubiti na kvaliteti kliničke primjene, a omogućili bi sudjelovanje i drugim svjetski poznatim proizvođačima mamografskih uređaja na objavljenom javnom nadmetanju.

TRAŽENA IZMJENE:

„3.6. Minimalno 2 filtera“

ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (47) <u>Djelomično se prihvća</u> prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. Tekst iz Tehničke specifikacije – Grupa 1- Digitalni RTG uređaj: pod točkom 3.6. „<i>Filteri od rodija i aluminija ili berilija</i>“ mijenja se i glasi „<i>Minimalno 2 različita filtera</i>“.
TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (48) Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu: 4.4. „<i>Rešetka razlučivosti min. 40 linija/cm</i>“ <i>Obzirom da trenutno objavljene minimalne tehničke specifikacije zadovoljava samo jedan svjetski proizvođač mamografskih uređaja predlažemo minimalnu izmjenu navedene tehničke karakteristike. Prihvćanjem predložene minimalne promjene nuđeni uređaj neće izgubiti na kvaliteti kliničke primjene, a omogućili bi sudjelovanje i drugim svjetski poznatim proizvođačima mamografskih uređaja na objavljenom javnom nadmetanju.</i> TRAŽENA IZMJENE: „4.4. Rešetka razlučivosti min. 41 linija/cm“
ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (48) <u>Ne prihvća se</u> prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. Naručitelj je predmet nabave s pripadajućim tehničkim karakteristikama opisao sukladno svojim potrebama na jasan, nedvojen, potpun i neutralan način koji osigurava mogućnost većem broju zainteresiranih gospodarskih subjekata nuđenje predmetnog uređaja.
TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (49) Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu: <i>Molimo pojašnjenje i izmjenu tehničke specifikacije, kako bi bila sukladna članku 4. ZOJN-a. Stavkama pod sljedećim rednim brojevima traženo je:</i> 1.3. „<i>Min. Raspon mAs od 3-600mAs</i>“ 2.1. „<i>Motorizirano namještanje po visini: min. 69 cm do 150 cm</i>“ 3.1. „<i>Rotirajuća anoda: volfram/renijum (W/Re) ili molidben/rodij (Mo/Rh)</i>“ 5.1. „<i>Računalo novije generacije min. (8 GB RAM, čvrsti disk min. 500 GB</i>“ <i>Kako bismo mogli sudjelovati na ovom javnom nadmetanju, te ponuditi najnapredniji mamografski uređaj najvećeg svjetskog proizvođača dijagnostičke radiološke opreme, stoga predlažemo sljedeću izmjenu;</i> 1.3. „<i>Min. Raspon mAs od 3-500mAs</i>“ 2.1. „<i>Motorizirano namještanje po visini: min. 69 cm do 133 cm</i>“ 3.1. „<i>Rotirajuća anoda: volframrenijum (W/Re) ili molidben/rodij (Mo/Rh) ili volfram (W)</i>“ 5.1. „<i>Računalo novije generacije min. 4 GB RAM, čvrsti disk min. 500 GB</i>“
ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (49) Odgovor zainteresiranom gospodarskom subjektu prema postavljenim primjedbama za Tehničku specifikaciju po sljedećim točkama: 1.3. <u>Prihvća se</u> prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. Pogledati <i>Odgovor naručitelja na primjedbu ili prijedlog (42)</i> 2.1. <u>Ne prihvća se</u> prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. Pogledati <i>Odgovor naručitelja na primjedbu ili prijedlog (43)</i> 3.1. <u>Prihvća se</u> prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. Pogledati <i>Odgovor naručitelja na primjedbu ili prijedlog (46)</i> 5.1. <u>Ne prihvća se</u> prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. Naručitelj je predmet nabave s pripadajućim tehničkim karakteristikama opisao sukladno svojim potrebama na jasan, nedvojen, potpun i neutralan način koji osigurava mogućnost većem broju zainteresiranih gospodarskih subjekata nuđenje predmetnog uređaja.

TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (50)
Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu: <i>Stavkom 3.5. traženo je: Brzina hlađenja anode min. 40kHU"</i> <i>Molimo pojašnjenje u kojoj jedinici vremena naručitelj traži postizanje tražene vrijednosti kHU?</i>
ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (50)
Odgovor zainteresiranom gospodarskom subjektu: U tehničkim specifikacijama digitalnog RTG uređaja – mamografa pod točkom 3.5. izostavljena je jedinica vremena povezana s brzinom hlađenja te se zbog toga navedena točka <u>nadopunjuje i glasi:</u> <i>„3.5. Brzina hlađenja anode min. 40 kHU/min“</i>
TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (51)
Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu: <i>Točka 1.2. Izlazni napon u min. rasponu od 22 - 49 kV u koracima po 1 kV</i> <i>Molimo Vas promijeniti u</i> <i>„Izlazni napon u min. rasponu od 23 - 35 kV u koracima po 1 kV“</i> OBRAZLOŽENJE: <i>Budući da izlazni napon nije najvažniji pokazatelj sposobnosti RTG uređaja za dobivanje kvalitetne slike, molimo izmjenu navedene tehničke karakteristike. Tvrtka ... u ponudi ima uređaj koji ima izlazni napon u nešto nižem intervalu od traženog, ali to nikako ne utječe na kvalitetu slike našeg RTG uređaja za mamografiju. S obzirom na navedeno, molimo promjenu ovog zahtjeva kako bi se tvrtki ... omogućilo sudjelovanje na ovom javnom nadmetanju.</i>
ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (51)
Ne prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. Pogledati <i>Odgovor naručitelja na primjedbu ili prijedlog (41)</i>
TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (52)
Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu: <i>Točka 2.7. Hitni „shut-down“ i hitni dekompresijski prekidač</i> <i>Molimo Vas promijeniti u</i> <i>„Hitni „shut-down“ ili hitni „STOP“ prekidač i hitni dekompresijski prekidač“</i> OBRAZLOŽENJE: <i>Tvrtka u ponudi ima uređaj koji posjeduje hitni „STOP“ prekidač koji prekida izlaganje pacijenta rentgenskom zračenju i zaustavlja pomicanje svih pokretnih dijelova. Smatramo da je tehničko rješenje našeg uređaja jednakovrijedno i da se njime ne smanjuje uporabna vrijednost RTG uređaja za mamografiju te sigurnost pacijenta i operatera. S obzirom na navedeno, molimo promjenu ovog zahtjeva kako bi se tvrtki omogućilo sudjelovanje na ovom javnom nadmetanju.</i>
ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (52)
Prihvaća se primjedba zainteresiranog gospodarskog subjekta. Tekst iz Tehničke specifikacije – Grupa 2 - Digitalni RTG uređaj - mamograf: pod točkom 2.7. „Hitni „shut-down“ i hitni dekompresijski prekidač“ mijenja se i glasi „Hitni „shut-down“ ili hitni „STOP“ prekidač i hitni dekompresijski prekidač“.
TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (53)
Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu: <i>Točka 2.8. Kompresija u min rasponu od 5-200 N</i> <i>Molimo Vas promijeniti u</i> <i>„Kompresija u min rasponu od 30-200 N“</i> OBRAZLOŽENJE: <i>Tvrtka u ponudi ima uređaj koji ima mogućnost ručne i automatske kompresije u rasponu od 30 – 200 N (3 – 20 kg), ali to nikako ne utječe na kvalitetu slike našeg RTG uređaja za mamografiju niti predstavlja ograničavajući faktor pri korištenju uređaja. S obzirom na minimalno odstupanje, molimo promjenu ovog zahtjeva kako bi se tvrtki omogućilo sudjelovanje na ovom javnom nadmetanju.</i>

ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (53)
Prihvaća se primjedba zainteresiranog gospodarskog subjekta. Tekst iz Tehničke specifikacije – Grupa 2 - Digitalni RTG uređaj - mamograf: pod točkom 2.8. „Kompresija u min rasponu od 5-200 N“ mijenja se i glasi „Kompresija u min. rasponu od 30-200 N“.
TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (54)
Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu: <i>Točka 3.1. Rotirajuća anoda: volfram/renijum (W/Re) ili molidben/rodij (Mo/Rh)</i> <i>Molimo Vas promijeniti u</i> <i>„Rotirajuća anoda: volfram/renijum (W/Re) ili molidben/rodij (Mo/Rh) ili volfram (W)“</i> OBRAZLOŽENJE: <i>S obzirom na minimalno odstupanje, molimo promjenu ovog zahtjeva kako bi se tvrtki omogućilo sudjelovanje na ovom javnom nadmetanju.</i>
ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (54)
Prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. Pogledati <i>Odgovor naručitelja na primjedbu ili prijedlog (46)</i>
TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (55)
Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu: <i>Točka 3.4. Toplinski kapacitet anode min. 300 kHU</i> <i>Molimo Vas promijeniti u</i> <i>„Toplinski kapacitet anode min. 162 kHU“</i> OBRAZLOŽENJE: <i>Budući da toplinski kapacitet anode nije najvažniji pokazatelj sposobnosti RTG uređaja za dobivanje kvalitetne slike, molimo izmjenu navedene tehničke karakteristike. Toplinski kapacitet anode ovisi isključivo o tehničkom rješenju RTG uređaja. Tvrtka ... u ponudi ima uređaj koji je konstruiran tako da ima nešto manji toplinski kapacitet anode, a puno veći toplinski kapacitet kućišta RTG cijevi što omogućuje optimalno hlađenje. Navedeno tehničko rješenje nikako ne utječe na kvalitetu slike našeg RTG uređaja za mamografiju niti predstavlja ograničavajući faktor pri korištenju uređaja. Molimo promjenu ovog zahtjeva kako bi se tvrtki..... omogućilo sudjelovanje na ovom javnom nadmetanju.</i>
ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (55)
Ne prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. Naručitelj je predmet nabave s pripadajućim tehničkim karakteristikama opisao sukladno svojim potrebama na jasan, nedvojen, potpun i neutralan način koji osigurava mogućnost većem broju zainteresiranih gospodarskih subjekata nudi predmetnog uređaja. Snižavanjem toplinskog kapaciteta anode izravno se utječe na finalnu kvalitetu uređaja, čime bi se uređaj smjestio u nižu klasu, dok je primarni cilj Naručitelja nabava najkvalitetnijeg uređaja u trenutnoj procijenjenoj vrijednosti. Također, prihvaćanjem tražene izmjene koja odstupa od trenutnih specifikacija utjecalo bi na krajnje mogućnosti uređaja te dugotrajnost RTG cijevi, što je još jedna od bitnih karakteristika.
TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (56)
Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu: <i>Točka 3.6. Filteri od rodija i aluminija ili berilija</i> <i>Molimo Vas promijeniti u</i> <i>„Filteri od rodija ili aluminija ili berilija“</i> OBRAZLOŽENJE: <i>S obzirom na minimalno odstupanje, molimo promjenu ovog zahtjeva kako bi se tvrtki omogućilo sudjelovanje na ovom javnom nadmetanju.</i>
ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (56)
Ne prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. Naručitelj je na temelju <i>Tekst primjedbe ili prijedloga zainteresiranog subjekta (47)</i> djelomično prihvatio upućeni prijedlog te je izmijenio Točku 3.6. na način kao što je to navedeno u <i>Odgovoru</i>

<i>naručitelja na primjedbu ili prijedlog (47).</i>
TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (57)
Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu: <i>Točka 4.1. Ravni detektor izveden od amorfnog selenija (a-Se) ili cezij jodida (CsI)</i> <i>Molimo Vas promijeniti u</i> <i>„Ravni detektor izveden od amorfnog selenija (a-Se) ili cezij jodida (CsI) ili amorfnog silicija (a-Si)“</i> OBRAZLOŽENJE: <i>Molimo promjenu ovog zahtjeva kako bi se tvrtki omogućilo sudjelovanje na ovom javnom nadmetanju.</i>
ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (57)
Prihvaća se primjedba zainteresiranog gospodarskog subjekta. Tekst iz Tehničke specifikacije – Grupa 2 - Digitalni RTG uređaj – mamograf pod točkom 4.1. <i>„Ravni detektor izveden od amorfnog selenija (a-Se) ili cezij jodida (CsI)“ mijenja se i glasi „Ravni detektor izveden od amorfnog selenija (a-Se) ili cezij jodida (CsI) ili amorfnog silicija (a-Si)“.</i>
TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (58)
Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu: <i>Točka 4.4. Rešetka razlučivosti min. 40 linija/cm</i> <i>Molimo Vas promijeniti u</i> <i>„Rešetka razlučivosti min. 31 linija/cm“</i> OBRAZLOŽENJE: <i>S obzirom na minimalno odstupanje, molimo promjenu ovog zahtjeva kako bi se tvrtki omogućilo sudjelovanje na ovom javnom nadmetanju.</i>
ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (58)
Prihvaća se primjedba zainteresiranog gospodarskog subjekta. Tekst iz Tehničke specifikacije – Grupa 2 - Digitalni RTG uređaj – mamograf pod točkom 4.4. <i>„Rešetka razlučivosti min. 40 linija/cm“ mijenja se i glasi „Rešetka razlučivosti min. 31 linija/cm“.</i>
TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (59)
Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu: <i>Točka 4.4. Računalo najnovije generacije min. 8 GB RAM, čvrsti disk min. 500 GB</i> <i>Molimo Vas promijeniti u</i> <i>„Računalo min. 8 GB RAM, čvrsti disk min. 500 GB“</i> OBRAZLOŽENJE: <i>Molimo promjenu ovog zahtjeva kako bi bio jasno i nedvojbeno napisan.</i>
ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (59)
Prihvaća se primjedba zainteresiranog gospodarskog subjekta. Tekst iz Tehničke specifikacije – Grupa 2 - Digitalni RTG uređaj – mamograf pod točkom 5.1. <i>„Računalo najnovije generacije min. 8 GB RAM, čvrsti disk min. 500 GB“ mijenja se i glasi „Računalo min. 8 GB RAM, čvrsti disk min. 500 GB“.</i>
TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (60)
Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu: <i>Točka 5.9. Obrada slike min. kontrast, gustoća, rotacija, povećanje, anotacija, postavljanje oznaka</i> <i>Molimo Vas promijeniti u</i> <i>„Obrada slike min. kontrast, rotacija, povećanje, anotacija, postavljanje oznaka“</i> OBRAZLOŽENJE: <i>S obzirom na minimalno odstupanje, molimo promjenu ovog zahtjeva kako bi se tvrtki omogućilo sudjelovanje na ovom javnom nadmetanju.</i>
ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (60)
Prihvaća se primjedba zainteresiranog gospodarskog subjekta. Tekst iz Tehničke specifikacije – Grupa 2 - Digitalni RTG uređaj – mamograf pod točkom 5.9. <i>„Obrada slike min. kontrast, gustoća, rotacija, povećanje, anotacija, postavljanje oznaka“ mijenja se i glasi „Obrada slike min. kontrast, rotacija, povećanje, anotacija, postavljanje oznaka“.</i>

**TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA
ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (61)**

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu:

DODATNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE DIGITALNOG RTG UREĐAJA - MAMOGRAFA Trenutna raspodjela bodova je napravljena prema sljedećoj tablici:

GRUPA 2. DIGITALNI RTG UREĐAJ - MAMOGRAF	
4. RAVNI DETEKTOR	
4.3. Veličina piksela 100 μm	0 bodova
Veličina piksela < 100 μm $\geq$ 70 μm	15 bodova
Veličina piksela < 70 μm	30 bodova

Kako bi bodovali još neke bitne karakteristike uređaja koje imaju utjecaja na trajnost RTG cijevi predložimo bodovanje dodatnih tehničkih karakteristika digitalnog mamografskog uređaja kako slijedi:

Dodatna funkcionalna svojstva:	Broj bodova:
4. RAVNI DETEKTOR	
4.3. Veličina piksela 100 μm	0
4.3 Veličina piksela < 100 μm i $\geq$ 70 μm	8
4.3 Veličina piksela < 70 μm	15
3. RTG CIJEV	
F1 Toplinski kapacitet kućišta RTG cijevi 800 kHU	0
F1 Toplinski kapacitet kućišta RTG cijevi > 800 kHU i $\leq$ 2000 kHU	8
F1 Toplinski kapacitet kućišta RTG cijevi > 2000 kHU	15

OBRAZLOŽENJE:

Ukupni maksimalni broj bodova za dodatne tehničke karakteristike i dalje iznosi 30. Također predložimo bodovanje dodatnog funkcionalnog svojstva označenog pod F1 koje se odnosi na toplinski kapacitet kućišta RTG cijevi. On je bitan pokazatelj kvalitete mamografskog uređaja jer veći toplinski kapacitet kućišta RTG cijevi osigurava bolje hlađenje RTG cijevi, a što ima direktan utjecaj na dulji vijek trajanja RTG cijevi mamografskog uređaja

ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (61)

Ne prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta.

Mišljenja smo da bi se traženom izmjenom koja uključuje predložene dodatne karakteristike za bodovanje dovelo do pogodovanja određenom gospodarskom subjektu, što prema ZJN 2016 nije prihvatljivo te stoga odbijamo navedeni zahtjev.

PRIMJEDBE I PRIJEDLOZI ZAJNTERESIRANIH GOSPODARSKIH SUBJEKATA I ODGOVORI NARUČITELJA NA PRIMJEDBE I PRIJEDLOGE za GRUPU 3. (prihvaća se / djelomično se prihvaća/ ne prihvaća se)
TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA ZAJNTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (62)
Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu: <i>U tehničkoj specifikaciji – grupa 3 – Ginekološki ultrazvuk s vaginalnom, linearnom i konveksnom sondom, Naručitelj traži pod točkom 1.1. sljedeće: „1.1. Dinamički opseg sustava: min. 265 dB“</i> <i>Tražimo izmjenu dinamičkog opsega sustava za samo 15 dB kojom u niti jednom obliku ne biste diskriminirali niti jednog svjetski renomiranog ponuđača UZV uređaja, a značajno bi podigli mogućnost prisustvovanja više ponuđača ovom Natječaju. Dobivanje kvalitetnije slike je omogućeno izborom dinamičkog raspona od 0 – 150 dB, veće vrijednosti se gotovo nikada i ne koriste, već služe u marketinške svrhe koje ovise od proizvođača do proizvođača. Niti jedan doktor neće koristiti dinamički opseg iznad 150 dB, jer je iznad te vrijednosti slika negledljiva, odnosno slika je presvijetla i neupotrebljiva. Ova izmjena ne bi utjecala na kvalitetu pregleda, kvalitetu slike ili pak funkcionalnost samog uređaja, a izmjenom ni se osigurao veći broj ponuda svjetski renomiranih ponuđača UZV uređaja kao i poštivanje Zakona o javnoj nabavi što bi i trebao biti osnovni cilj svakog Naručitelja.</i> TRAŽENA IZMJENA: <i>„1.1. Dinamički opseg sustava: min 250 dB“</i>
ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (62)
<u>Ne prihvaća se</u> prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. Dinamički opseg je itekako bitna karakteristika ultrazvučnog uređaja te bi se smanjivanjem vrijednosti dinamičkog opsega sustava bitno utjecalo na mogućnost obavljanja dijagnostike i smanjila bi se klasa ultrazvučnog uređaja. Navod da niti jedan doktor neće koristiti raspon veći od 150 dB je u potpunosti neutemeljen. Naručitelj je predmet nabave raspisao na jasan, nedvojbjen i neutralan način sukladno svojim potrebama.
TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA ZAJNTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (63)
Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu: <i>U tehničkoj specifikaciji – grupa 3 – Ginekološki ultrazvuk s vaginalnom, linearnom i konveksnom sondom, Naručitelj traži pod točkom 2.3., 3.6., 5.3. i 6.4. sljedeće: „2.3., 3.6., 5.3. i 6.4. Reguliranje pojačanja u min. opsegu +/- 20 dB u koraku maks. 1 dB“</i> <i>Različiti proizvođači na različite načine označavaju reguliranje pojačanja pa se kod nekih proizvođača pojačanje označava pomažu opsega dB dok se kod drugih označava drugačije. Kako bi se omogućilo nuđenje i proizvođačima koji imaju različito tehničko rješenje prikaza u cilju dobivanja istog rezultata, a to je kvalitetna dijagnostička slika, tražimo minimalnu izmjenu navedene tehničke specifikacije. Prihvaćanjem navedene izmjene u niti jednom obliku ne biste diskriminirali niti jednog svjetski renomiranog ponuđača UZV uređaja, omogućili bi prisustvovanja većem broju ponuditelja, te bi pokazali poštivanje Zakona o javnoj nabavi što bi i trebao biti osnovni cilj svakog Naručitelja. Uređaj koji nudimo ima višestruko veći opseg reguliranja pojačanja 0-100 dB omogućavajući dobivanje jasnije definirane slike, u odnosu na zahtijevanih ± 20 dB s tim da vrijednosti ne idu u minus što je potpuno irelevantno prilikom reguliranja pojačanja. Prihvaćanjem navedene izmjene u niti jednom obliku ne biste diskriminirali niti jednog svjetski renomiranog ponuđača UZV uređaja, omogućili bi prisustvovanja većem broju ponuditelja, te bi pokazali poštivanje Zakona o javnoj nabavi što bi i trebao biti osnovni cilj svakog Naručitelja.</i> TRAŽENA IZMJENA: <i>„2.3., 3.6., 5.3. i 6.4. Reguliranje pojačanja u min. opsegu +/- 20 dB u koraku max. 1 dB ili Reguliranje pojačanja u min. opsegu 0-100 dB u koraku max. 1 dB“</i>
ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (63)
<u>Ne prihvaća se</u> prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. Negativne vrijednosti pojačanja u jedinici dB su bitne zbog finog podešavanja pojačanja s ciljem dobivanja kvalitetne slike za dijagnostiku. Naručitelj je predmet nabave raspisao na jasan, nedvojbjen i neutralan način sukladno svojim

potrebama.
TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA ZAJNTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (64)
Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu: <i>U tehničkoj specifikaciji – grupa 3 – Ginekološki ultrazvuk s vaginalnom, linearnom i konveksnom sondom, Naručitelj traži pod točkom 2. B mod (2D), pod točkom 2.5. sljedeće:</i> <i>„2.5. Dinamički opseg u minimalnom rasponu od 30 do 90 dB s korakom podešavanja min. 3 dB“</i> <i>Pretpostavljamo da je Naručitelj pogriješio kad je ograničio korake podešavanja na min. 3 dB umjesto max. 3 dB jer što su veći koraci podešavanja to je podešavanje manje precizno tako da min. ograničavanje nema smisla jer se omogućava nuđenje lošije značajke. Bolja kvaliteta slike se može dobiti kod inog, preciznog, podešavanja u koracima po npr. 1 ili 2 dB. Naručitelj je i sam u točkama 2.3., 3.6., 4.8., 5.3. i 7.2. ograničio podešavanja na max. 1 dB. Također, napominjemo da UZV uređaj koji nudimo ima dinamički opseg u B modu (2D) u rasponu od 30 do 250 dB što je višestruko više od zahtijevanog.</i> TRAŽENA IZMJENA: <i>„2.5. Dinamički opseg u minimalnom rasponu od 30 do 90 dB s korakom podešavanja max. 3 dB“</i>
ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (64)
Prihvaća se primjedba zainteresiranog gospodarskog subjekta. Tekst iz Tehničke specifikacije – Grupa 3 – Ginekološki ultrazvuk s vaginalnom, linearnom i konveksnom sondom, pod točkom 2.5. <i>„Dinamički opseg u minimalnom rasponu od 30 do 90 dB s korakom podešavanja min. 3 dB“ mijenja se i glasi „Dinamički opseg u minimalnom rasponu od 30 do 90 dB s korakom podešavanja max. 3 dB“.</i>
TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA ZAJNTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (65)
Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu: <i>U tehničkoj specifikaciji – grupa 3 – Ginekološki ultrazvuk s vaginalnom, linearnom i konveksnom sondom, Naručitelj traži pod točkom pod točkom 3.4., 4.1., 5.1., sljedeće:</i> <i>„3.4., 4.1., 5.1. PRF skala u min. rasponu od 100-19.500 Hz“</i> <i>Tražimo minimalnu izmjenu vrijednosti PRF-a skale koja ne utječe niti u jednom obliku na kvalitetu i dijagnostičku vrijednost samog UZV uređaja s obzirom da se kod pretraga koriste uvijek srednje vrijednosti PRF-a. Rubne vrijednosti su marketinške i služe samo za „zaključavanje“ tehničkih specifikacija i protežiranje točno određenog gospodarskog subjekta što je suprotno direktivama EU kao i Zakonu o javnoj nabavi. Prihvaćanjem navedene izmjene u niti jednom obliku ne biste diskriminirali niti jednog svjetski renomiranog ponuđača UZV uređaja, omogućili bi prisustvovanja većem broju ponuditelja, te bi pokazali poštivanje Zakona o javnoj nabavi što bi i trebao biti osnovni cilj svakog Naručitelja.</i> TRAŽENA IZMJENA: <i>„3.4. i 5.1. PRF skala u min. rasponu od 100-19.500 Hz ili 300-10.400 Hz</i> <i>4.1. PRF skala u min. rasponu od 100-19.500 Hz ili 300-20.100 Hz“</i>
ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (65)
Ne prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. Tražena izmjena je neprihvatljiva budući da se traži smanjenje gornje granice PRF skale na nešto više od 50% trenutne vrijednosti, a čime bi se znatno smanjila klasa ultrazvučnog uređaja. Raspon PRF skale ima direktan utjecaj na kvalitetu slike i mogućnosti obavljanja dijagnostike na ultrazvučnom uređaju. Naručitelj je predmet nabave raspisao na jasan, nedvojbjen i neutralan način sukladno svojim potrebama.
TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA ZAJNTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (66)
Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu: <i>U tehničkoj specifikaciji – grupa 3 – Ginekološki ultrazvuk s vaginalnom, linearnom i konveksnom sondom, Naručitelj traži pod točkom 3.7. i 5.9. sljedeće:</i> <i>“3.7. i 5.9. Gustoća linija: min. 6 odabira“</i> <i>Tražimo minimalnu izmjenu tražene tehničke karakteristike kojom niti u jednom obliku ne biste diskriminirali niti jednog potencijalnog ponuditelja niti biste utjecali na kvalitetu i funkcionalnost samog uređaja, a omogućilo bi se nuđenje većem broju svjetski renomiranih ponuđača UZV uređaja</i>

da sudjeluje u javnom nadmetanju.

TRAŽENA IZMJENA:

„3.7. i 5.9. Gustoća linija: min. 3 odabira“

ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (66)

Ne prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta.

Tražena izmjena je neprihvatljiva budući da mogućnost namještanja gustoće linija u više razina ima direktan utjecaj na kvalitetu slike i mogućnosti obavljanja dijagnostike na ultrazvučnom uređaju.

Naručitelj je predmet nabave raspisao na jasan, nedvojbjen i neutralan način sukladno svojim potrebama.

**TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA
ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (67)**

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbju: *U tehničkoj specifikaciji – grupa 3 – Ginekološki ultrazvuk s vaginalnom, linearnom i konveksnom sondom, Naručitelj traži pod točkom 4.8. i 7.2. sljedeće:*

„4.8. i 7.2. Reguliranje pojačanja u min. opsegu 0-80 dB u koraku maks. 1 dB“

Tražimo minimalnu izmjenu donje vrijednosti dB koja ne utječe niti u jednom obliku na kvalitetu i dijagnostičku vrijednost samog UZV uređaja s obzirom da se kod reguliranja pojačanja koriste uvijek srednje vrijednosti dB. Rubne vrijednosti su marketinške i služe samo za „zaključavanje“ tehničkih specifikacija i protežiranje točno određenog gospodarskog subjekta što je suprotno direktivama EU kao i Zakonu o javnoj nabavi.

Napominjemo da uređaj koji nudimo ima reguliranja pojačanja u opsegu 30-120 Db što je u ukupnom rasponu i više od zahtijevanog.

Prihvatanjem navedene izmjene u niti jednom obliku ne biste diskriminirali niti jednog svjetski renomiranog ponuđača UZV uređaja, omogućili bi prisustvovanja većem broju ponuditelja, te bi pokazali poštivanje Zakona o javnoj nabavi što bi i trebao biti osnovni cilj svakog Naručitelja.

TRAŽENA IZMJENA:

„4.8. i 7.2. Reguliranje pojačanja u min. opsegu 0-80 dB ili 30-120 dB u koraku maks. 1 dB“

ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (67)

Ne prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta.

Niže vrijednosti pojačanja u jedinici dB su bitne zbog finog podešavanja pojačanja s ciljem dobivanja kvalitetne slike za dijagnostiku.

Tražena izmjena je neprihvatljiva budući niže vrijednosti pojačanja imaju direktan utjecaj na kvalitetu slike i mogućnosti obavljanja dijagnostike na ultrazvučnom uređaju.

Naručitelj je predmet nabave raspisao na jasan, nedvojbjen i neutralan način sukladno svojim potrebama.

**TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA
ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (68)**

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjebu: *U tehničkoj specifikaciji – grupa 3 – Ginekološki ultrazvuk s vaginalnom, linearnom i konveksnom sondom, Naručitelj traži pod točkom 5. Power Doppler (PD) mod, pod točkom 5.5 sljedeće:*

„5.5. Odabir min. 16 Power Doppler mapa“

Tražimo minimalnu izmjenu tražene tehničke karakteristike kojom niti u jednom obliku ne biste diskriminirali niti jednog potencijalnog ponuditelja niti biste utjecali na kvalitetu i funkcionalnost samog uređaja, a omogućilo bi se nuđenje većem broju svjetski renomiranih ponuđača UZV uređaja da sudjeluje u javnom nadmetanju.

TRAŽENA IZMJENA:

„5.5. Odabir min. 9 Power Doppler mapa“

ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (68)

Ne prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta.

Tražena izmjena je neprihvatljiva budući da mogućnost namještanja Power Doppler mapa u više razina ima direktan utjecaj na kvalitetu slike i mogućnosti obavljanja dijagnostike na ultrazvučnom uređaju.

Naručitelj je predmet nabave raspisao na jasan, nedvojbjen i neutralan način sukladno svojim potrebama.

TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (69)
Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu: <i>U tehničkoj specifikaciji – grupa 3 – Ginekološki ultrazvuk s vaginalnom, linearnom i konveksnom sondom, Naručitelj traži pod točkom 7. SteerableContinuousWave (SCW) Doppler, pod točkom 7.4. sljedeće:</i> <i>„7.5. Wallfilter: raspon min. 25-6900 Hz, sa min. 8 koraka“</i> <i>Tražimo minimalnu izmjenu vrijednosti Hz koja ne utječe niti u jednom obliku na kvalitetu i dijagnostičku vrijednost samog UZV uređaja s obzirom da se kod pretraga koriste uvijek niže vrijednosti Hz, a sve više vrijednosti utječu na izbjeljenu sliku koja dijagnostički nije čitljiva i iskoristiva. Velike gornje vrijednosti su marketinške i služe samo za „zaključavanje“ tehničkih specifikacija i protežiranje točno određenog gospodarskog subjekta što je suprotno direktivama EU kao i Zakonu o javnoj nabavi. Također, uređaj koji nudimo ima wallfilter s 10 koraka što je više od zahtjevanog.</i> <i>Prihvatanjem navedene izmjene u niti jednom obliku ne biste diskriminirali niti jednog svjetski renomiranog ponuđača UZV uređaja, omogućili bi prisustvovanja većem broju ponuditelja, te bi pokazali poštivanje Zakona o javnoj nabavi što bi i trebao biti osnovni cilj svakog Naručitelja.</i> TRAŽENA IZMJENA: <i>„7.5. Wallfilter: raspon min. 25-6900 Hz, sa min. 8 koraka ili wallfilter: raspon min. 0-2600 Hz, sa min. 10 koraka“</i>
ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (69)
Ne prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. Tražena izmjena je neprihvatljiva budući da se traži smanjenje gornje granice Wall filtra na manje od 40% trenutne vrijednosti, a čime bi se znatno smanjila klasa ultrazvučnog uređaja. Raspon Wall filtra ima direktan utjecaj na kvalitetu slike i mogućnosti obavljanja dijagnostike na ultrazvučnom uređaju. Naručitelj je predmet nabave raspisao na jasan, nedvojbjen i neutralan način sukladno svojim potrebama.
TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (70)
Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu: <i>U tehničkoj specifikaciji – grupa 3 – Ginekološki ultrazvuk s vaginalnom, linearnom i konveksnom sondom, Naručitelj traži pod točkom 10. Ostalo, pod točkom 10.3 sljedeće:</i> <i>„10.3. Potrošnja uređaja maksimalno 600 VA“</i> <i>Tražimo minimalnu izmjenu tražene tehničke karakteristike kojom niti u jednom obliku ne biste diskriminirali niti jednog potencijalnog ponuditelja niti biste utjecali na kvalitetu i funkcionalnost samog uređaja, a omogućilo bi se nuđenje većem broju svjetski renomiranih ponuđača UZV uređaja da sudjeluje u javnom nadmetanju.</i> TRAŽENA IZMJENA: <i>„10.3. Potrošnja uređaja maksimalno 900 VA“</i>
ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (70)
Ne prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. Tražena izmjena je neprihvatljiva budući da se traži povećanje potrošnje za čak 50% od trenutno tražene vrijednosti. Uređaji koji troše manje električne energije su energetske učinkovitiji pa samim time smanjuju i zagrijavanje prostorije u kojoj se ultrazvučni uređaj nalazi, a čime se omogućuje ugodnije obavljanje pregleda. Naručitelj je predmet nabave raspisao na jasan, nedvojbjen i neutralan način sukladno svojim potrebama.
TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (71)
Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu: <i>U tehničkoj specifikaciji – grupa 3 – Ginekološki ultrazvuk s vaginalnom, linearnom i konveksnom sondom, Naručitelj traži pod točkom 11. Sonde, pod točkom 11.2. sljedeće:</i> <i>„11.2. Ginekološka sonda:... širina: min. 26 mm...“</i> <i>Tražimo minimalnu izmjenu širine ginekološke sonde kao beznačajne značajke samog opisa sonde. Čak je manja širina sonde bolja za pacijenticu pod uvjetom da takva sonda zadovoljava i sve ostalo zahtijevano pod točkom 11.2., a sonda koju nudimo zadovoljava sve zahtjeve, odnosno neke od</i>

najvažnijih stavki čak i premašuje, kao što je ukupni frekvencijski opseg rada od 3-10MHz, maksimalna dubina prikaza od 400 mm i maksimalno vidno polje od 142 ° kao ponajvažnije karakteristike kod opisa navedene sonde.

TRAŽENE IZMJENE:

„11.2. Ginekološka sonda:... širina: min. 21.5 mm...”

ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (71)

Prihvaća se primjedba zainteresiranog gospodarskog subjekta.

Tekst iz Tehničke specifikacije – Grupa 3 – Ginekološki ultrazvuk s vaginalnom, linearnom i konveksnom sondom, pod točkom 11.2. „Ginekološka sonda:... širina: min. 26 mm...” **mijenja se i glasi** „Ginekološka sonda: frekvencijski opseg rada: od maks. 3.5 MHz do min. 10 MHz, širina: min. 21.5 mm, broj elemenata: min. 128, maksimalna dubina prikaza: min. 140 mm, maksimalno vidno polje: min. 130 stupnjeva“.

TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (72)

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu: *U tehničkoj specifikaciji – grupa 3 – Ginekološki ultrazvuk s vaginalnom, linearnom i konveksnom sondom, Naručitelj traži pod točkom 11. Sonde, pod točkom 11.3. sljedeće:*

„11.3. Linearna sonda: frekvencijski opseg rada: od max. 4MHz do min. 13 MHz...”

Tražimo minimalnu izmjenu frekvencijskog raspona jer sonda koju nudimo ima frekvencijski opseg rada od 3-12 MHz za razliku od zahtijevanog 4-13 MHz što u ukupnom zbroju daje jednak raspon od 9 MHz. Napominjemo i da se krajnje vrijednosti frekvencijskog opsega rada nikada ne koriste već se najčešće koristi srednja vrijednost frekvencijskog opsega i minimalni raspon prema više, odnosno niže ovisno o sondi i pretrazi koja se radi.

Također, napominjemo da linearna sonda koju nudimo zadovoljava sve ostale zahtjeve iz točke 11.3. tehničkih specifikacija kao što su širina, broj elemenata te maksimalna dubina prikaza.

TRAŽENA IZMJENA:

„11.3. Linearna sonda: frekvencijski opseg rada: od max. 4MHz do min. 13 MHz ili maks. 3 MHz do min. 12 MHz...”

ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (72)

Ne prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta.

Naručitelj je predmet nabave raspisao na jasan, nedvojbjen i neutralan način sukladno svojim potrebama.

TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (73)

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu: *Pregledom objavljenih minimalnih tehničkih karakteristika jasno je vidljivo da iste zadovoljava samo jedan proizvođač ultrazvučnih uređaja. Molimo izmjenu cjelokupnih tehničkih specifikacija prema prijedlogu u dokumentu: Tehnička specifikacija-Grupa 3.xlsx dostavljenom u privitku. Predložena promjena ne utječe na ograničavanje sudjelovanja niti jednom zainteresiranom gospodarskom subjektu, a istovremeno postiže da su zahtijevane minimalne tehničke karakteristike napisane na jasan, nepristran i nedvojbjen način.*

ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (73)

Ne prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta.

Naručitelj je predmet nabave raspisao na jasan, nedvojbjen i neutralan način sukladno svojim potrebama. Zainteresirani gospodarski subjekt je dostavio novo izrađeni prijedlog tehničke specifikacije u kojem nije bilo točno naznačeno koje se karakteristike mijenjaju te koje nove karakteristike ovim specifikacijama dodaje. Zbog navedenog smatramo da bi prihvaćanjem predložene izmjene doveli ostale gospodarske subjekte, koji su pregledali tehničku specifikaciju i uputili primjedbe i prijedloge na postojeće stavke tehničke specifikacije, u nepovoljniji položaj u odnosu na zainteresiranog gospodarskog subjekta koji je uputio ovaj zahtjev.

PRIMJEDBE I PRIJEDLOZI ZAJNTERESIRANIH GOSPODARSKIH SUBJEKATA I ODGOVORI NARUČITELJA NA PRIMJEDBE I PRIJEDLOGE za GRUPU 4. (prihvaća se / djelomično se prihvaća/ ne prihvaća se)
TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA ZAJNTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (74)
Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu: <i>Uz blage promjene traženih karakteristika biste mogli odabrati bolju i moderniju jedinicu jednog od renomiranih proizvođača, molim pregledajte u nastavku tablicu sa sugestijama označenima crvenom bojom. Ako ne raspolazete sa većim iznosom tada možete iz natječaja isključiti nasadne instrumente, te ih nabavljati odvojeno.</i> <i>*saug motor već imate ili ste ga previdjeli ? jer će vam trebati 1kom saug motor, suhi za jedno radno mjesto u kutiji (procijenjena 5.000 kn + pdv)</i>
ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (74)
Odgovor zainteresiranom gospodarskom subjektu: Previdom je stvarno došlo do pogreške te saug motor nije uključen u tehničku specifikaciju, a isti već ne postoji na lokaciji isporuke. Zbog navedene situacije dopunjuju se Tehničke specifikacije – Grupa 4- Stomatološka stolica sa nasadnim instrumentima: na način da se iza podtočke 9.1. dodaje se točka 10. <i>Saug Motor, podtočka „10.1.u kutiji“ i podtočka „10.2. snaga min. 400-500 w za jednu jedinicu ili Micro-smart“</i>
TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA ZAJNTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (75)
Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je prijedlog: <i>„1.3. Maksimalna visina sjedećeg dijela u najdonjem položaju manja od 350 mm“</i>
ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (75)
Prihvaća se primjedba zainteresiranog gospodarskog subjekta. Tekst iz Tehničke specifikacije – Grupa 4- Stomatološka stolica sa nasadnim instrumentima: pod točkom 1.3. <i>„Maksimalna visina sjedećeg dijela u najdonjem položaju u rasponu od 420 mm od poda“ mijenja se i glasi „Maksimalna visina sjedećeg dijela u najdonjem položaju manja od 350 mm“.</i>
TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA ZAJNTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (76)
Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je prijedlog: <i>„1.4. Minimalna visina sjedećeg dijela u najgornjem položaju veća od 800 mm“</i>
ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (76)
Prihvaća se primjedba zainteresiranog gospodarskog subjekta. Tekst iz Tehničke specifikacije – Grupa 4- Stomatološka stolica sa nasadnim instrumentima: pod točkom 1.4. <i>„Minimalna visina sjedećeg dijela u najgornjem položaju u rasponu od min. 780 mm od poda“ mijenja se i glasi „Minimalna visina sjedećeg dijela u najgornjem položaju veća od 800 mm“.</i>
TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA ZAJNTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (77)
Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je prijedlog: <i>„1.5. Nosivosti za težine 180 kg ili više“</i>
ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (77)
Ne prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. Naručitelj je predmet nabave raspisao na jasan, nedvojen i neutralan način sukladno svojim potrebama. U trenutnim tehničkim specifikacijama navedena je minimalna karakteristika uz navod da zainteresirani gospodarski subjekti slobodno mogu ponuditi i bolje karakteristike.
TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA ZAJNTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (78)
Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je prijedlog: <i>„1.6. Sigurnosni sustav s min. 5 sigurnosnih prekidača“</i>
ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (78)
Ne prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. Naručitelj je predmet nabave raspisao na jasan, nedvojen i neutralan način sukladno svojim

potrebama. U trenutnim tehničkim specifikacijama navedena je minimalna karakteristika uz navod da zainteresirani gospodarski subjekti slobodno mogu ponuditi i bolje karakteristike.
TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (79)
Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je prijedlog: <i>„1.14. Anatomske ili ravne naslone za glavu, visinski podesive ovisno o pacijentu“</i>
ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (79)
Prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. Tekst iz Tehničke specifikacije – Grupa 4- Stomatološka stolica sa nasadnim instrumentima: pod točkom 1.14. <i>„Ravni naslon za glavu sa magnetskim jastučićem koji se može prilagoditi ovisno o visini pacijenta“ mijenja se i glasi „Anatomske ili ravne naslone za glavu, visinski podesive ovisno o pacijentu“.</i>
TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (80)
Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu: <i>1.15. Grijač vode (za spray vodu ili punjač čašu ili oboje?)</i>
ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (80)
Kod Tehničke specifikacije – Grupa 4- Stomatološka stolica sa nasadnim instrumentima: pod točkom 1.15. Grijač vode, tražena stavka se odnosi na punjač čaše, a zbog nejasno napisane karakteristike Tekst pod točkom 1.15. <i>„Grijač vode“ mijenja se i glasi „Grijač vode za punjač čaše“.</i>
TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (81)
Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je prijedlog: <i>„2.4. Univerzalni moduli za nasadne instrumente: turbinsko crijevo, mikromotor sa crijevom (individualni postav), puster više funkcijski i skidač zubnih naslaga (fiksni postav)“</i>
ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (81)
Djelomično se prihvaća prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. Tekst iz Tehničke specifikacije – Grupa 4- Stomatološka stolica sa nasadnim instrumentima: pod točkom 2.4. <i>„Univerzalni moduli za nasadne instrumente: turbinsko crijevo, 2x mikromotor sa crijevom (individualni postav), puster više funkcijski i skidač zubnih naslaga (fiksni postav)“ mijenja se i glasi „Univerzalni moduli za nasadne instrumente: turbinsko crijevo, mikromotor sa crijevom (individualni postav), puster više funkcijski i skidač zubnih naslaga (fiksni postav)“.</i> Naručitelj nadalje nadopunjuje točku 8.3 na način da dodaje sljedeći tekst: <i>„1 x crveni koljičnik podržava led svijetlo; prijenos 1:1, brzina maks. 40.000 rpm, intra spray, tijelo s površinom koja sprečava klizanje instrumenta kao što je površina od titana ili slično koja omogućuje termičku sterilizaciju i dezinfekciju u autoklavu do 135° C (126-132° C), otpuštanje svrdla na potisak.“</i>
TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (82)
Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je prijedlog: <i>„2.10. Dodatno tacna za instrumentarij, velika, od inoxa“</i>
ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (82)
Ne prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. Naručitelj je predmet nabave raspisao na neutralan način sukladno svojim potrebama kako ne bi došlo do ograničavanja sudjelovanja većeg broja gospodarskih subjekata u postupku nabave.
TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (83)
Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je prijedlog: <i>„3.1.1. Mogućnost brzog i jednostavnog spajanja na univerzalnu spojku za turbinu (spojka sa LED izvorom svjetla)“</i>
ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (83)
Ne prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. Naručitelj je predmet nabave raspisao na jasan, nedvojbjen i neutralan način sukladno svojim potrebama vodeći računa o tome kako ne bi došlo do ograničavanja sudjelovanja većeg broja

gospodarskih subjekata.
TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (84)
Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je prijedlog: <i>„3.2.2. Broj okretaja u minimalnom rasponu od 100 okretaja/min do 40000 okretaja/min“</i>
ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (84)
Ne prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. Naručitelj je predmet nabave raspisao na jasan, nedvojbjen i neutralan način sukladno svojim potrebama, s tim da smanjenjem broja okretaja smanjuje se učinkovitost rada uređaja. Naručitelj je kroz tražene tehničke specifikacije nastojao omogućiti sudjelovanje većem broju gospodarskih subjekata.
TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (85)
Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je prijedlog: <i>„3.4.2. Frekvencija rada u rasponu od 24 do 35 kHz“</i>
ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (85)
Ne prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. Naručitelj je predmet nabave raspisao na jasan, nedvojbjen i neutralan način sukladno svojim potrebama.
TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (86)
Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je prijedlog: <i>„3.4.3. Mogućnost korištenja min. 15 različitih nastavaka za različite namjene“</i>
ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (86)
Ne prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. Naručitelj je predmet nabave raspisao na jasan, nedvojbjen i neutralan način sukladno svojim potrebama vodeći računa o tome kako ne bi došlo do ograničavanja sudjelovanja većeg broja gospodarskih subjekata.
TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (87)
Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je prijedlog: <i>„3.4.5. Intenzitet svjetla minimalno 20.000 lux“</i>
ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (87)
Ne prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. Naručitelj je predmet nabave raspisao na jasan, nedvojbjen i neutralan način sukladno svojim potrebama vodeći računa o tome kako ne bi došlo do ograničavanja sudjelovanja većeg broja gospodarskih subjekata.
TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (88)
Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je prijedlog: <i>„4.5. Sustav aspiracije za spajanje na suhi saug sistem, ugrađena sva potrebna instalacija, saug crijeva i promjenjivi saug filteri, centrifugalni 99% i amalgam separator „</i>
ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (88)
Djelomično se prihvaća prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. Tekst iz Tehničke specifikacije – Grupa 4 - Stomatološka stolica sa nasadnim instrumentima: pod točkom 4.5. <i>„Sustav aspiracije za spajanje na suhi saug sistem, ugrađena sva potrebna instalacija, saug crijeva i promjenjivi saug filteri, amalgam separator sukladno normi koja testira ispravnost separatora amalgana, ispravno i sigurno funkcioniranje“ mijenja se i glasi „Sustav aspiracije za spajanje na suhi saug sistem, ugrađena sva potrebna instalacija, saug crijeva i promjenjivi saug filteri, amalgam separator u stolici sa svim vanjskim priključcima za kirurški aspirator“.</i>
TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (89)
Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je prijedlog: <i>„4.6. Opskrba jedinice vodom - integriran sustav boce za destiliranu vodu od minimalno 1 litre s prekidačem koji omogućuje jednostavan prijelaz na korištenje vode iz vodovodnog sustava ili</i>

<i>vanjski rezervoar za destiliranu vodu kapaciteta najmanje 5 litara.“</i>
ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (89)
Djelomično se prihvaća prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. Tekst iz Tehničke specifikacije – Grupa 4- Stomatološka stolica sa nasadnim instrumentima: pod točkom 4.6. „Opskrba jedinice vodom - sustav boce za destiliranu vodu od minimalno 1 litre s prekidačem koji omogućuje jednostavan prijelaz na korištenje vode iz vodovodnog sustava“ mijenja se i glasi „Opskrba jedinice vodom - integriran sustav boce za destiliranu vodu od minimalno 1 litre s prekidačem koji omogućuje jednostavan prijelaz na korištenje vode iz vodovodnog sustava ili vanjski rezervoar za destiliranu vodu kapaciteta najmanje 2 litre. Razlog iz zbog kojega nismo uvažili kapacitet vanjskog rezervoara od najmanje 5 litara je što smatramo da je takav kapacitet previše ograničavajući te smo stoga dopunili tehničku karakteristiku na način kako je to navedenu u tekstu iznad.
TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (90)
Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je prijedlog: „6.2. Napon min. 17- 24 V DC“
ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (90)
Ne prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. Naručitelj je predmet nabave raspisao na jasan, nedvojben i neutralan način sukladno svojim potrebama, tražena izmjena bi dovela do značajnog smanjenja minimalnih uvjeta te bi to dovelo do smanjenja kvalitete uređaja.
TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (91)
Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je prijedlog: „6.3. Snage maks. Do 12 VA“
ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (91)
Ne prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. Naručitelj je predmet nabave raspisao na jasan, nedvojben i neutralan način sukladno svojim potrebama, tražena izmjena bi dovela do značajnog smanjenja minimalnih uvjeta te bi to dovelo do smanjenja kvalitete uređaja.
TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (92)
Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je prijedlog: „6.4. Maksimalni intenzitet svjetla min. 30.000 Lux a“
ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (92)
Ne prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. Naručitelj je predmet nabave raspisao na jasan, nedvojben i neutralan način sukladno svojim potrebama vodeći računa o tome kako ne bi došlo do ograničavanja sudjelovanja većeg broja gospodarskih subjekata.
TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (93)
Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je prijedlog: „6.5. Ugrađena min. 2 ili više LED izvora osvjetljenja (LED diode)“
ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (93)
Ne prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. Naručitelj je predmet nabave raspisao na jasan, nedvojben i neutralan način sukladno svojim potrebama.
TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (94)
Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je prijedlog: „6.6. raspon temperature od min. 4000 do maks. 5000 K“
ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (94)
Ne prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. Naručitelj je predmet nabave raspisao na jasan, nedvojben i neutralan način sukladno svojim potrebama vodeći računa o tome kako ne bi došlo do ograničavanja sudjelovanja većeg broja

gospodarskih subjekata.
TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (95)
Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je prijedlog: <i>„6.7. Reflektor mora imati način rada koji sprječava prijevremeno stvrdnjavanje kompozita“</i>
ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (95)
Prihvaća se primjedba zainteresiranog gospodarskog subjekta. Tekst iz Tehničke specifikacije – Grupa 4- Stomatološka stolica sa nasadnim instrumentima: pod točkom 6.7. <i>„Reflektor mora imati način rada koji sprječava prijevremeno stvrdnjavanje kompozita, koji se može aktivirati putem tipke na liječničkom elementu ili bekontaktno putem senzor“</i> mijenja se i glasi <i>„Reflektor mora imati način rada koji sprječava prijevremeno stvrdnjavanje kompozita“.</i>
TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (96)
Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je prijedlog: <i>„8.2 . 1 x turbina LED, 4 spray sipnice, ugrađen dvostruki antiretrakcijski nepovratni ventil, tijelo turbine s površinom koja sprečava klizanje instrumenta, kao što je površina od titana ili slično“</i>
ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (96)
Prihvaća se primjedba zainteresiranog gospodarskog subjekta uz nadopunu od strane Naručitelja. Tekst iz Tehničke specifikacije – Grupa 4- Stomatološka stolica sa nasadnim instrumentima: pod točkom 8.2. <i>„1 x turbina LED, 4 spray sipnice, ugrađen dvostruki antiretrakcijski nepovratni ventil, tijelo turbine s površinom koja sprečava klizanje instrumenta, kao što je površina od titana“</i> mijenja se i glasi <i>„1 x turbina LED, 4 spray sipnice, ugrađen dvostruki antiretrakcijski nepovratni ventil, tijelo turbine s površinom koja sprečava klizanje instrumenta, kao što je površina od titana ili slično koja omogućuje termičku sterilizaciju i dezinfekciju u autoklavu u autoklavu do 135° C (126-132° C).“</i>
TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (97)
Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je prijedlog: <i>„8.3. 1 x plavi količnik podržava led svijetlo; prijenos 1:1, brzina maks. 40.000 rpm, intra spray, tijelo s površinom koja sprečava klizanje instrumenta kao što je površina od titana ili slično, otpuštanje svrdla na potisak“</i>
ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (97)
Prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta uz nadopunu od strane Naručitelja. Tekst iz Tehničke specifikacije – Grupa 4- Stomatološka stolica sa nasadnim instrumentima: pod točkom 8.3. <i>„1 x plavi količnik podržava led svijetlo; prijenos 1:1, brzina maks. 40.000 rpm, intra spray, tijelo s površinom koja sprečava klizanje instrumenta kao što je površina od titana, promjer glave maks. 8.7 mm, otpuštanje svrdla na potisak“</i> mijenja se i glasi <i>„1 x plavi koljičnik podržava led svijetlo; prijenos 1:1, brzina maks. 40.000 rpm, intra spray, tijelo s površinom koja sprečava klizanje instrumenta kao što je površina od titana ili slično koja omogućuje termičku sterilizaciju i dezinfekciju u autoklavu do 135° C (126-132° C), otpuštanje svrdla na potisak.“</i> Pogledati <i>Odgovor naručitelja na primjedbu ili prijedlog (81)</i> zbog toga što je Naručitelj nadopunio točku 8.3 tehničke specifikacije za Grupu 4.
TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (98)
Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu: <i>„8.4. 1 x nasadnik podržava led svijetlo; prijenos 1:1, brzina maks. 40.000 rpm, intra spray, tijelo s površinom koja sprečava klizanje instrumenta kao što je površina od titana ili slično“</i>
ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (98)
Djelomično se prihvaća prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta uz nadopunu od strane Naručitelja. Tekst iz Tehničke specifikacije – Grupa 4- Stomatološka stolica sa nasadnim instrumentima: pod

točkom 8.4. „1 x nasadnik podržava led svijetlo; prijenos 1:1, brzina maks. 40.000 rpm, intra spray, tijelo s površinom koja sprečava klizanje instrumenta kao što je površina od titana, promjer glave maks. 8.7 mm, otpuštanje svrdla na potisak“

mijenja se i glasi „1 x nasadnik podržava led svijetlo; prijenos 1:1, brzina maks. 40.000 rpm, intra spray, tijelo s površinom koja sprečava klizanje instrumenta kao što je površina od titana ili slično koja omogućuje termičku sterilizaciju i dezinfekciju u autoklavu do 135° C (126-132° C) otpuštanje svrdla na potisak“.

Smatramo da je kod točke 8.4. dio tehničke karakteristike „otpuštanje svrdla na potisak“ neutralna karakteristika te treba ostati sastavni dio specifikacije uz gore navedeni prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta.

**TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA
ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (99)**

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je prijedlog:

„9.1. sjedište sa naslonom za leđa, visinski podesivo sa mehaničkim kočnicama za fiksiranje visine sjedišta kao i nagiba naslona za leđa, na kotačima sa postoljem od metala, tapecirung otporan na standardne dezinficijense“

ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (99)

Prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta.

Tekst iz Tehničke specifikacije – Grupa 4- Stomatološka stolica sa nasadnim instrumentima: pod točkom 9.1. „sjedište kružnog oblika sa naslonom za ruke ili leđa, visinski podesivo sa mehaničkim kočnicama za fiksiranje odabrane pozicije, tapecirung otporan na standardne dezinficijense“

mijenja se i glasi „sjedište sa naslonom za leđa, visinski podesivo sa mehaničkim kočnicama za fiksiranje visine sjedišta kao i nagiba naslona za leđa, na kotačima sa postoljem od metala, tapecirung otporan na standardne dezinficijense“.

**TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA
ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (100)**

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu:

Stavka 1.14.

Traži se: „Ravni naslon za glavu sa magnetskim jastučićem koji se može prilagoditi ovisno o visini pacijenta“. Prilagođavanjem naslona za glavu ovisno o visini pacijenta može se izvršiti na razne načine, a ne nužno samo magnetskim jastučićem. Kako bi se omogućilo sudjelovanje više zainteresiranih subjekata tražimo da se iz opisa stavke izbaci navod „sa magnetskim jastučićem“. „

ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (100)

Prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta.

Odgovor isti kao kod *Odgovor naručitelja na primjedbu ili prijedlog (79)*.

**TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA
ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (101)**

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu:

Stavka 4.6.

Traži se: „Opskrba jedinice vodom – sustav boce za destiliranu vodu od minimalno 1 litre s prekidačem koji omogućuje jednostavan prijelaz na korištenje vode iz vodovodnog sustava“

Tražimo da se iz opisa izbaci navod „s prekidačem koji omogućuje jednostavan prijelaz na korištenje vode iz vodovodnog sustava“

Smatramo da je ovaj zahtjev nepotreban za svakodnevni rad. U svakodnevnom radu koristi se voda iz vodovoda. Stolica mora imati mogućnost korištenja destilirane vode. Prijelaz za korištenje jedne od navedenih mogućnosti može se ostvariti i na druge načine, ne nužno prekidačem, a koji se isto tako mogu smatrati jednostavnim.

ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (101)

Ne prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta.

Naručitelj je predmet nabave raspisao na jasan, nedvojben i neutralan način sukladno svojim potrebama. S tim da su Tehničke specifikacije – Grupa 4- Stomatološka stolica sa nasadnim instrumentima: pod stavkom 4.6. dopunjene u *Odgovoru naručitelja na primjedbu ili prijedlog (89)*.

TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (102)
Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu: <i>Stavka 9.1.</i> <i>Traži se: Terapeutska stolica, sjedište kružnog oblika sa naslonom za ruke ili leđa, visinski podesiva sa mehaničkim kočnicama za fiksiranje odabrane pozicije, tapecirung otporan na standardne dezinficijense“</i> <i>Većina proizvođača proizvodi terapeutske stolice sa sjedištem anatomskeg oblika. Tražimo da se iz specifikacije izbací navod „kružnog oblika“ jer takav opis ograničava mogućnost sudjelovanja različitih proizvođača koji imaju naprednije rješenje oblika od traženog.</i>
ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (102)
Prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. Odgovor isti kao kod <i>Odgovor naručitelja na primjedbu ili prijedlog (99).</i>

STRUČNO POVJERENSTVO
ZA JAVNU NABAVU