



REPUBLIKA HRVATSKA  
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

STRUČNO POVJERENSTVO  
ZA JAVNU NABAVU

KLASA: 500-01/18-01/17

URBROJ: 2125/1-12-02/2-21-38

Gospić, 24. veljače 2021. godine

Na temelju članka 198. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16., dalje u tekstu ZJN 2016), članka 9. i 10. Pravilnika o planu nabave, registru nabave, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 101/17), javni naručitelj Ličko – senjska županija, nakon objavljenog prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima na internetskoj stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave (EOJN) <https://eojn.nn.hr/Oglasnik> za predmet nabave dijagnostičko-terapijske opreme i ostale medicinsko tehničke opreme, evidencijski broj nabave: 1/21JN, objavljuje

### IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

NAZIV NARUČITELJA	Ličko-senjska županija Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić OIB: 40774389207
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	1/21JN
PREDMET NABAVE	Nabava dijagnostičko-terapijske opreme i ostale medicinsko tehničke opreme – po grupama – 4 grupe. Naručitelj je na stranicama EOJN-a objavio nacrt Dokumentacije o nabavi, tehničke specifikacije za sve 4 grupe predmeta nabave i troškovnike za sve 4 grupe predmeta nabave.
DATUM POČETKA PRETHODNOG SAVJETOVANJA	22. siječnja 2021. godine
DATUM ZAVRŠETKA PRETHODNOG SAVJETOVANJA	1. veljače 2021. godine
NAVOD DA LI JE TIJEKOM PRETHODNOG SAVJETOVANJA NARUČITELJ ODRŽAO SASTANAK SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA	Tijekom prethodnog savjetovanja naručitelj nije održao sastanak sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.
<b>PRIMJEDBE I PRIJEDLOZI ZAINTERESIRANIH GOSPODARSKIH SUBJEKATA I ODGOVORI NARUČITELJA NA PRIMJEDBE I PRIJEDLOGE za Dokumentaciju o nabavi (prihvaća se / djelomično se prihvaća/ ne prihvaća se)</b>	
<b>TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (1)</b>	
Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu: <i>Članak 4. stavak 4. prijedloga Ugovora glasi:</i> <i>„Za Grupe 1-4 Isporučitelj je obavezan osigurati za dva do četiri predstavnika Naručitelja osnovno osposobljavanje za rad na opremi u trajanju do maksimalno 5 sati (za svaku Grupu). Osposobljavanje je Isporučitelj obavezan izvršiti u najdužem roku od 10 radnih dana od isporuke uređaja i opreme“</i> <i>Molimo da se rok izvršenja edukacije uskladi sa završetkom ugovornih obveza u roku 90 dana od</i>	

sklapanja ugovora, odnosno da ovaj stavak glasi:

„Za Grupe 1-4 Isporučitelj je obvezan osigurati za dva do četiri predstavnika Naručiitelja osnovno osposobljavanje za rad na opremi u trajanju do maksimalno 5 sati (za svaku Grupu). Osposobljavanje je Isporučitelj obvezan izvršiti najkasnije u roku iz stavka 1. članka 4. ovog Ugovora.“

U slučaju prihvaćanja ovog zahtjeva, molim uskladiti navedeno također u točki 2.8. DoN-a i 7.10. DoN-a.

#### **ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (1)**

**Djelomično se prihvaća** primjedba zainteresiranog gospodarskog subjekta.

Tekst iz Priloga 3: Prijedlog ugovora u članku 4. stavku 4. „Za Grupe 1-4 Isporučitelj je obvezan osigurati za dva do četiri predstavnika Naručiitelja osnovno osposobljavanje za rad na opremi u trajanju do maksimalno 5 sati (za svaku Grupu). Osposobljavanje je Isporučitelj obvezan izvršiti u najdužem roku od 10 radnih dana od isporuke uređaja i opreme“ **mijenja se i glasi**

„Za Grupe 1-4 Isporučitelj je obvezan osigurati za dva do četiri predstavnika Naručiitelja osnovno osposobljavanje za rad na isporučenoj opremi u trajanju do maksimalno 5 sati (za svaku Grupu). Osposobljavanje je Isporučitelj obvezan izvršiti najkasnije u roku iz stavka 1. članka 4. ovog Ugovora.“

Tekst iz **točke 2.8.** DoN-a „Za Grupe 1-4 Isporučitelj je obvezan osigurati za dva do četiri predstavnika Naručiitelja osnovno osposobljavanje za rad na opremi u trajanju do maksimalno 5 sati (za svaku Grupu). Osposobljavanje je Isporučitelj obvezan izvršiti u najdužem roku od 10 radnih dana od isporuke uređaja i opreme u:...” **mijenja se i glasi**

„Za Grupe 1-4 Isporučitelj je obvezan osigurati za dva do četiri predstavnika Naručiitelja osnovno osposobljavanje za rad na isporučenoj opremi u trajanju do maksimalno 5 sati (za svaku Grupu). Osposobljavanje je Isporučitelj obvezan izvršiti najkasnije u gore navedenom roku završetka izvršenja ugovora u:...”

Tekst iz **točke 7.10.** DoN-a „Za Grupe 1-4 Isporučitelj je obvezan osigurati za dva do četiri predstavnika Naručiitelja osnovno osposobljavanje za rad na opremi u trajanju do maksimalno 5 sati (za svaku Grupu). Osposobljavanje je Isporučitelj obvezan izvršiti u najdužem roku od 10 radnih dana od isporuke uređaja i opreme u:...” **mijenja se i glasi**

„Za Grupe 1-4 Isporučitelj je obvezan osigurati za dva do četiri predstavnika Naručiitelja osnovno osposobljavanje za rad na isporučenoj opremi u trajanju do maksimalno 5 sati (za svaku Grupu). Osposobljavanje je Isporučitelj obvezan izvršiti najkasnije u gore navedenom roku završetka izvršenja ugovora u:...”

#### **TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (2)**

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu: Članak 4. stavak 5. prijedloga Ugovora glasi:

„Naručitelj i Isporučitelj se obvezuju da će prilikom isporuke uređaja potpisati Zapisnik o isporuci.“  
Molimo preciznije definiranje ovog stavka, odnosno da ovaj stavak glasi:

„Naručitelj i Isporučitelj se obvezuju da će prilikom isporuke uređaja potpisati Zapisnik o isporuci, kojim se potvrđuje kvantitativno preuzimanje opreme od strane Naručiitelja prema uvjetima ovog Ugovora na ugovoreno mjesto isporuke kod krajnjeg korisnika, sukladno točki 2.7. Dokumentacije o nabavi.“

U slučaju prihvaćanja ovog zahtjeva, molim uskladiti navedeno također u točki 2.8. DoN-a i 7.10. DoN-a.

#### **ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (2)**

**Prihvaća se** primjedba zainteresiranog gospodarskog subjekta.

Tekst iz Priloga 3: Prijedlog ugovora u članku 4. stavku 5. „Naručitelj i Isporučitelj se obvezuju da će prilikom isporuke uređaja potpisati Zapisnik o isporuci.“ **mijenja se i glasi**

„Naručitelj i Isporučitelj se obvezuju da će prilikom isporuke uređaja potpisati Zapisnik o isporuci, kojim se potvrđuje kvantitativno preuzimanje opreme od strane Naručiitelja prema uvjetima ovog Ugovora na ugovoreno mjesto isporuke kod krajnjeg korisnika, sukladno točki 2.7. Dokumentacije o nabavi.“

Tekst iz **točke 2.8.** DoN-a „Naručitelj i Isporučitelj se obvezuju da će prilikom isporuke uređaja potpisati Zapisnik o isporuci.“ **mijenja se i glasi** „Naručitelj i Isporučitelj se obvezuju da će prilikom isporuke uređaja potpisati Zapisnik o isporuci, kojim se potvrđuje kvantitativno

preuzimanje opreme od strane Naručiitelja prema uvjetima ovog Ugovora na ugovoreno mjesto isporuke kod krajnjeg korisnika, sukladno točki 2.7. Dokumentacije o nabavi.“

Tekst iz **točke 7.10.** DoN-a „Naručiitelj i Isporučiitelj se obvezuju da će prilikom isporuke uređaja potpisati Zapisnik o isporuci.“ **mijenja se i glasi** „Naručiitelj i Isporučiitelj se obvezuju da će prilikom isporuke uređaja potpisati Zapisnik o isporuci, kojim se potvrđuje kvantitativno preuzimanje opreme od strane Naručiitelja prema uvjetima ovog Ugovora na ugovoreno mjesto isporuke kod krajnjeg korisnika, sukladno točki 2.7. Dokumentacije o nabavi.“

### **TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (3)**

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu: Članak 5. stavak 1. prijedloga Ugovora glasi:

„Isporučiitelj ima pravo na produženje roka iz čl.4.st.1. ovog Ugovora u slučaju više sile (izvanredni vanjski događaji nastali nakon sklapanja ugovora a prije dospelosti obveze, koji se u vrijeme sklapanja ugovora nisu mogli predvidjeti, niti ih je ugovorna strana mogla spriječiti, izbjeći ili otkloniti te za koje nije odgovorna ni jedna ni druga strana). Pod višom silom podrazumijevaju se prirodni događaji, npr. poplave, požari ili pak ljudske radnje koje utječu na tijek isporuke robe, kao npr. karantena, a koji se nisu mogli predvidjeti i otkloniti. Produženje roka moguće je i temeljem pisanog naloga Naručiitelja (npr. u slučaju da nema infrastrukturnih preuvjeta za prihvrat uređaja i opreme).“

Molimo preciznije definiranje ovog stavka, odnosno da ovaj stavak glasi:

„Isporučiitelj ima pravo na produženje roka iz čl.4.st.1. ovog Ugovora u slučaju više sile (izvanredni vanjski događaji nastali nakon sklapanja ugovora a prije dospelosti obveze, koji se u vrijeme sklapanja ugovora nisu mogli predvidjeti, niti ih je ugovorna strana mogla spriječiti, izbjeći ili otkloniti te za koje nije odgovorna ni jedna ni druga strana). Pod višom silom podrazumijevaju se prirodni događaji, npr. poplave, požari ili pak ljudske radnje koje utječu na tijek isporuke robe, kao npr. karantena, a koji se nisu mogli predvidjeti i otkloniti. Produženje roka moguće je i temeljem pisanog naloga Naručiitelja (npr. u slučaju da nema infrastrukturnih preuvjeta za prihvrat uređaja i opreme), pri čemu se Isporučiitelj neće smatrati odgovornim za kašnjenje koje je time uzrokovano.“

U slučaju prihvaćanja ovog zahtjeva, molim uskladiti navedeno također u točki 2.8. DoN-a i 7.10. DoN-a.

### **ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (3)**

**Prihvaća se** primjedba zainteresiranog gospodarskog subjekta.

Tekst iz Priloga 3: Prijedlog ugovora u članku 5. stavku 1. „Isporučiitelj ima pravo na produženje roka iz čl.4. st.1. ovog Ugovora u slučaju više sile (izvanredni vanjski događaji nastali nakon sklapanja ugovora a prije dospelosti obveze, koji se u vrijeme sklapanja ugovora nisu mogli predvidjeti, niti ih je ugovorna strana mogla spriječiti, izbjeći ili otkloniti te za koje nije odgovorna ni jedna ni druga strana). Pod višom silom podrazumijevaju se prirodni događaji, npr. poplave, požari ili pak ljudske radnje koje utječu na tijek isporuke robe, kao npr. karantena, a koji se nisu mogli predvidjeti i otkloniti. Produženje roka moguće je i temeljem pisanog naloga Naručiitelja (npr. u slučaju da nema infrastrukturnih preuvjeta za prihvrat uređaja i opreme).“

**mijenja se i glasi**

„Isporučiitelj ima pravo na produženje roka iz čl.4.st.1. ovog Ugovora u slučaju više sile (izvanredni vanjski događaji nastali nakon sklapanja ugovora, a prije dospelosti obveze, koji se u vrijeme sklapanja ugovora nisu mogli predvidjeti, niti ih je ugovorna strana mogla spriječiti, izbjeći ili otkloniti te za koje nije odgovorna ni jedna ni druga strana). Pod višom silom podrazumijevaju se prirodni događaji, npr. poplave, požari ili pak ljudske radnje koje utječu na tijek isporuke robe, kao npr. karantena, a koji se nisu mogli predvidjeti i otkloniti. Produženje roka moguće je i temeljem pisanog naloga Naručiitelja (npr. u slučaju da nema infrastrukturnih preuvjeta za prihvrat uređaja i opreme), pri čemu se Isporučiitelj neće smatrati odgovornim za kašnjenje koje je time uzrokovano.“

Tekst iz **točke 2.8.** DoN-a „Isporučiitelj ima pravo na produženje roka iz čl.4. st.1. ovog Ugovora u slučaju više sile (izvanredni vanjski događaji nastali nakon sklapanja ugovora a prije dospelosti obveze, koji se u vrijeme sklapanja ugovora nisu mogli predvidjeti, niti ih je ugovorna strana mogla spriječiti, izbjeći ili otkloniti te za koje nije odgovorna ni jedna ni druga strana). Pod višom silom podrazumijevaju se prirodni događaji, npr. poplave, požari ili pak ljudske radnje koje utječu na

tijek isporuke robe, kao npr. karantena, a koji se nisu mogli predvidjeti i otkloniti. Produženje roka moguće je i temeljem pisanog naloga Naručiitelja (npr. u slučaju da nema infrastrukturnih preduvjeta za prihvata uređaja i opreme).“ **mijenja se i glasi**

„Isporučitelj ima pravo na produženje roka iz čl.4. st.1. ovog Ugovora u slučaju više sile (izvanredni vanjski događaji nastali nakon sklapanja ugovora, a prije dospelosti obveze, koji se u vrijeme sklapanja ugovora nisu mogli predvidjeti, niti ih je ugovorna strana mogla spriječiti, izbjeći ili otkloniti te za koje nije odgovorna ni jedna ni druga strana). Pod višom silom podrazumijevaju se prirodni događaji, npr. poplave, požari ili pak ljudske radnje koje utječu na tijek isporuke robe, kao npr. karantena, a koji se nisu mogli predvidjeti i otkloniti. Produženje roka moguće je i temeljem pisanog naloga Naručiitelja (npr. u slučaju da nema infrastrukturnih preduvjeta za prihvata uređaja i opreme), pri čemu se Isporučitelj neće smatrati odgovornim za kašnjenje koje je time uzrokovano.“

Tekst iz **točke 7.10.** DoN-a „Isporučitelj ima pravo na produženje roka iz čl.4. st.1. ovog Ugovora u slučaju više sile (izvanredni vanjski događaji nastali nakon sklapanja ugovora a prije dospelosti obveze, koji se u vrijeme sklapanja ugovora nisu mogli predvidjeti, niti ih je ugovorna strana mogla spriječiti, izbjeći ili otkloniti te za koje nije odgovorna ni jedna ni druga strana). Pod višom silom podrazumijevaju se prirodni događaji, npr. poplave, požari ili pak ljudske radnje koje utječu na tijek isporuke robe, kao npr. karantena, a koji se nisu mogli predvidjeti i otkloniti. Produženje roka moguće je i temeljem pisanog naloga Naručiitelja (npr. u slučaju da nema infrastrukturnih preduvjeta za prihvata uređaja i opreme).“ **mijenja se i glasi**

„Isporučitelj ima pravo na produženje roka iz čl.4. st.1. ovog Ugovora u slučaju više sile (izvanredni vanjski događaji nastali nakon sklapanja ugovora, a prije dospelosti obveze, koji se u vrijeme sklapanja ugovora nisu mogli predvidjeti, niti ih je ugovorna strana mogla spriječiti, izbjeći ili otkloniti te za koje nije odgovorna ni jedna ni druga strana). Pod višom silom podrazumijevaju se prirodni događaji, npr. poplave, požari ili pak ljudske radnje koje utječu na tijek isporuke robe, kao npr. karantena, a koji se nisu mogli predvidjeti i otkloniti. Produženje roka moguće je i temeljem pisanog naloga Naručiitelja (npr. u slučaju da nema infrastrukturnih preduvjeta za prihvata uređaja i opreme), pri čemu se Isporučitelj neće smatrati odgovornim za kašnjenje koje je time uzrokovano.“

#### **TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (4)**

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu: Članak 8. stavak 1. prijedloga Ugovora glasi:

„Ukoliko Isporučitelj zakasni svojom krivnjom s isporukom Naručiitelj može na ime ugovorne kazne (penala) naplatiti penale od 2‰ (dva promila) za svaki dan zakašnjenja, a najviše 5% ( pet posto) od ukupno ugovorne vrijednosti.“

Molimo da se jasno utvrditi računa li se vrijednost ugovorne kazne od ukupno ugovorene vrijednosti s PDVom ili bez PDV-a.

#### **ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (4)**

**Prihvaća se** primjedba zainteresiranog gospodarskog subjekta.

Tekst iz Priloga 3: Prijedlog ugovora u članku 8. stavku 1. „Ukoliko Isporučitelj zakasni svojom krivnjom s isporukom Naručiitelj može na ime ugovorne kazne (penala) naplatiti penale od 2‰ (dva promila) za svaki dan zakašnjenja, a najviše 5% ( pet posto) od ukupno ugovorne vrijednosti.“ **mijenja se i glasi** „Ukoliko Isporučitelj zakasni svojom krivnjom s isporukom Naručiitelj može na ime ugovorne kazne (penala) naplatiti penale od 2‰ (dva promila) za svaki dan zakašnjenja, a najviše 5% ( pet posto) od ukupno ugovorne vrijednosti (bez PDV-a).“

#### **TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (5)**

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu: Članak 9. stavak 3. prijedloga Ugovora glasi:

„Isporučitelj se obvezuje u jamstvenom roku: redovno održavati i servisirati uređaj prema uputama proizvođača te otklanjati kvarove putem servisa, organizirati radove otklanjanja nedostataka na mjestu instalacije uređaja, organizirati te radove na način da uređaj koji se servisira ili popravlja ne bude izvan redovne uporabe od strane Naručiitelja više od 30 dana godišnje.“

Molimo definiranje ovog stavka na način da se računaju radni dani, odnosno da ovaj stavak glasi:

„Isporučitelj se obvezuje u jamstvenom roku: redovno održavati i servisirati uređaj prema uputama



proizvođača te otklanjati kvarove putem servisa, organizirati radove otklanjanja nedostataka na mjestu instalacije uređaja, organizirati te radove na način da uređaj koji se servisira ili popravlja ne bude izvan redovne uporabe od strane Naručiitelja više od 30 radnih dana godišnje.“

#### ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (5)

**Ne prihvaća se** primjedba zainteresiranog gospodarskog subjekta.

Navedena izmjena predstavlja značajnije odstupanje od traženoga, pri definiranju gore spomenutog roka Naručiitelj je temeljem dostupnih prijedloga ugovora objavljenih u EOJN-u te internetskim stranicama drugih naručiitelja utvrdio da neki od njih propisuju znatno kraće rokove.

#### TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (6)

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu: *Članak 11. stavak 1. prijedloga Ugovora glasi:*

*„Isporučitelj se obvezuje otkloniti kvar u najkraćem mogućem roku s time da za cijelo vrijeme trajanja ovog Ugovora uređaj može biti izvan funkcije, iz tog razloga, najduže ukupno 30 dana godišnje.“*

*Molimo definiranje ovog stavka na način da se računaju radni dani, odnosno da ovaj stavak glasi:*

*„Isporučitelj se obvezuje otkloniti kvar u najkraćem mogućem roku s time da za cijelo vrijeme trajanja ovog Ugovora uređaj može biti izvan funkcije, iz tog razloga, najduže ukupno 30 radnih dana godišnje.“*

#### ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (6)

**Ne prihvaća se** primjedba zainteresiranog gospodarskog subjekta.

Navedena izmjena predstavlja značajnije odstupanje od traženoga, pri definiranju gore spomenutog roka Naručiitelj je temeljem dostupnih prijedloga ugovora objavljenih u EOJN-u te internetskim stranicama drugih naručiitelja utvrdio da neki od njih propisuju znatno kraće rokove.

#### TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (7)

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu:

***DODATNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE DIGITALNOG RTG UREĐAJA – MAMOGRAFA*** *Trenutna raspodjela bodova je napravljena prema sljedećoj tablici:*

GRUPA 2. DIGITALNI RTG UREĐAJ - MAMOGRAF	
4. RAVNI DETEKTOR	
4.3. Veličina piksela 100 µm	0 bodova
Veličina piksela < 100 µm ≥ 70 µm	15 bodova
Veličina piksela < 70 µm	30 bodova

*Trenutno se boduje samo tehnička karakteristika ravnog detektora mamografskog uređaja. To je svakako stavka koja utječe na kvalitetu mamografskog uređaja, međutim toplinski kapacitet kućišta RTG cijevi također utječe na kvalitetu mamografskog uređaja.*

*Bodovanje dodatnih tehničkih karakteristika trenutno daje potpunu prednost uređaju samo jednog proizvođača koji dobiva maksimalnih 30 bodova za dodatna funkcionalna svojstva. Time se stvara ogromna prednost za nefinancijski kriterij ponude te ostale potencijalne ponuditelje stavlja u neravnopravan položaj.*

***Naručiitelj u sklopu odgovora na naš postavljen upit za točku 3.4 navodi dugotrajnost RTG cijevi kao bitnu karakteristiku mamografskog uređaja.***

*U obrazloženju zahtjeva za izmjenu točke 3.4. tehničke specifikacije detaljno je objašnjena veća važnost toplinskog kapaciteta kućišta RTG cijevi.*

*Naručiitelj u izvješću o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima prilikom odbijanja prijedloga zainteresiranih gospodarskih subjekta navodi kako je primarni cilj naručiitelja nabava najkvalitetnijeg uređaja u trenutnoj procijenjenoj vrijednosti.*

Kako bi se bodovala još jedna bitna tehnička karakteristika koja ima direktan utjecaj na kvalitetu mamografskog uređaja i trajnost RTG cijevi predložimo bodovanje dodatnih tehničkih karakteristika digitalnog mamografskog uređaja kako slijedi:

Dodatna funkcionalna svojstva:	Broj bodova:
<b>4. RAVNI DETEKTOR</b>	
4.3. Veličina piksela 100 µm	0
4.3 Veličina piksela < 100 µm i ≥ 70 µm	8
4.3 Veličina piksela < 70 µm	15
<b>3. RTG CIJEV</b>	
F1 Toplinski kapacitet kućišta RTG cijevi ≥ 800 kWh i ≤ 1000 kWh	0
F1 Toplinski kapacitet kućišta RTG cijevi > 1000 kWh i ≤ 2000 kWh	8
F1 Toplinski kapacitet kućišta RTG cijevi > 2000 kWh	15

**OBRAZLOŽENJE:**

Ukupni maksimalni broj bodova za dodatne tehničke karakteristike i dalje iznosi 30. Predlažemo bodovanje dodatnog funkcionalnog svojstva označenog pod F1 koje se odnosi na toplinski kapacitet kućišta RTG cijevi. On je bitan pokazatelj kvalitete mamografskog uređaja jer veći toplinski kapacitet kućišta RTG cijevi osigurava bolje hlađenje RTG cijevi, a što ima direktan utjecaj na dulji vijek trajanja RTG cijevi mamografskog uređaja.

**ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (7)**

**Ne prihvaća se** prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta.

Naručitelj je predmet nabave s pripadajućim tehničkim karakteristikama opisao sukladno svojim potrebama na jasan, nedvojbjen, potpun i neutralan način koji osigurava mogućnost većem broju zainteresiranih gospodarskih subjekata nuđenje predmetnog uređaja.

**PRIMJEDBE I PRIJEDLOZI ZAINTERESIRANIH GOSPODASKIH SUBJEKATA I ODGOVORI NARUČITELJA NA PRIMJEDBE I PRIJEDLOGE za GRUPU 1. (prihvaća se / djelomično se prihvaća/ ne prihvaća se)**

**TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (8)**

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu:

Predlažemo da nakon podtočke 1.8. **DIJAGNOSTIČKA RADNA STANICA** se doda još jedna podtočka 1.8.8. koja bi glasila:

**„1.8.8. Monitor u boji s LED pozadinskim osvjetljenjem: min. HDMI i DisplayPort priključak, dijagonala min. 24“, rezolucija min. 1920x1080 piksela, svjetlina min. 300cd/m<sup>2</sup>, kontrast min 1000:1, kut vidljivosti vodoravno/okomito min. 178°/178°“.**

Obrazloženje:

Uobičajena je praksa da liječnik/radiolog, u sklopu svoje dijagnostičke radne stanice, na svom raspolaganju ima 3 monitora.

Dva monitora su monokromatska dijagnostička monitora na kojima se prikazuju TRG (i druge) slike pacijenata.

Pomoću trećeg („običnog“) monitora, liječnik se koristi svojim PACS sustavom bez potrebe za uklanjanjem neke od snimaka pacijenata s dijagnostičkih monitora.

Dodatan monitor (koji) predlažemo bi doprinio znatno ugodnijem korisničkom iskustvu rada s PACS sustavom, a ne bi bilo potrebe za ikakvom financijskom korekcijom procijenjene vrijednosti nabave.

**ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (8)**

**Prihvaća se** primjedba zainteresiranog gospodarskog subjekta.

Tekstu iz Tehničke specifikacije – Grupa 1- Digitalni RTG uređaj  **dodaje se** točka 1.8.8. koja glasi „Monitor u boji s LED pozadinskim osvjetljenjem: min. HDMI i DisplayPort priključak, dijagonala min. 24“, rezolucija min. 1920x1080 piksela, svjetlina min. 300cd/m<sup>2</sup>, kontrast min 1000:1, kut vidljivosti vodoravno/okomito min. 178°/178°“.

**TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (9)**

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu:

Traženo: 1.2.6. Rotacija RTG cijevi oko horizontalne osi min. ±140°

Zahtjev za promjenom:

Molimo Vas minimalnu izmjenu tehničke specifikacije navedene točke na način da se vrijednost min. ±140° promijeni u min. ±120°. Navedena promjena ne utječe na rad samoga uređaja, niti na

*kvalitetu oslikavanja. Uvažavanjem navedenoga omogućit ćete javljanje većem broju ponuditelja, a samim time i ostvarivanje ekonomskog benefita kao rezultata konkurentnosti na natječaju.*

#### **ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (9)**

**Prihvaća se** primjedba zainteresiranog gospodarskog subjekta.

Tekst iz Tehničke specifikacije – Grupa 1- Digitalni RTG uređaj pod točkom 1.2.6. „Rotacija RTG cijevi oko horizontalne osi min.  $\pm 140^\circ$ “ **mijenja se i glasi** „Rotacija RTG cijevi oko horizontalne osi min.  $\pm 120^\circ$ “

#### **TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (10)**

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu:

*Traženo: 1.2.7. Integrirani ekran u boji osjetljiv na dodir na kućištu cijevi, dijagonale min. 8,4"; s prikazom rotacije cijevi; SID udaljenosti; modifikacija: kV, mAs, ms, prikaz imena pacijenta; selektiranje radnog mjesta: pacijent stol, vertikalni stativ ili slobodna ekspozicija; odabir organ programa; mijenjanje orijentacije iz tzv. "portrait" u "landscape" položaj i obrnuto u ovisnosti o rotaciji RTG cijevi.*

*Zahtjev za promjenom: Molimo Vas brisanje navedene točke.*

*S obzirom na to da su svi parametri iz navedene stavke vidljivi ili se mogu namještati na radnoj konzoli u radnoj sobi te da navedena promjena ne utječe na kvalitetu oslikavanja i rada samog uređaja, a pritom omogućuje poštivanje načela tržišnog natjecanja i raznovrsnosti ponuđenih tehnoloških rješenja. Uvažavanjem navedenoga omogućit ćete javljanje većem broju ponuditelja s različitim tehničkim rješenjima.*

#### **ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (10)**

**Ne prihvaća se** prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta.

Navedena izmjena predstavlja bitno odstupanje od traženoga. Naručitelj je u DoN-u jasno i nedvosmisleno opisao tražene tehničke karakteristike uređaja, a dodatno je provjerio jesu li se stvorili uvjeti nuđenja od strane više proizvođača, kako bi se poštovale sve odredbe Zakona o javnoj nabavi o transparentnosti i zaštiti tržišnog natjecanja. Traženu karakteristiku veći broj proizvođača može zadovoljiti te ista danas predstavlja standard koji značajno doprinosi kvaliteti i ugodnosti rada s RTG uređajima.

#### **TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (11)**

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu:

*Traženo: 1.2.12. Upravljanje kolimatorom: ručno i motorizirano*

*Zahtjev za promjenom:*

*Molimo Vas minimalnu izmjenu tehničke specifikacije navedene točke. Kako bi se poštivala načela kao što su načelo tržišnog natjecanja, načelo jednakog tretmana, načelo zabrane diskriminacije, načelo uzajamnog priznavanja, načelo razmjernosti i načelo transparentnosti molimo Vas da navedenu točku izmijenite u: Upravljanje kolimatorom: ručno ili motorizirano.*

#### **ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (11)**

**Ne prihvaća se** prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta.

Navedena izmjena predstavlja bitno odstupanje od traženoga. Naručitelj je u DoN-u jasno i nedvosmisleno opisao tražene tehničke karakteristike uređaja, te je dodatno provjerio jesu li se stvorili uvjeti nuđenja od strane više proizvođača. Uzimajući u obzir činjenicu da na tržištu postoji dovoljan broj gospodarskih subjekata koji mogu zadovoljiti traženu specifikaciju, izmjenom bi se značajno narušila kvaliteta traženog uređaja, što je u suprotnosti sa ZJN 2016 i njegovim načelima, iz razloga što bi se u tom slučaju radilo o pogodovanju određenom gospodarskom subjektu. Pogodovanje jednom gospodarskom subjektu ne predstavlja načelo tržišnog natjecanja, načelo jednakog tretmana, načelo zabrane diskriminacije, načelo uzajamnog priznavanja, načelo razmjernosti i načelo transparentnosti.

#### **TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (12)**

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu:

*Traženo: 1.3.2. Toplinski kapacitet anode min. 400 kWh*

*Zahtjev za promjenom:*

*Molimo Vas minimalnu izmjenu tehničke specifikacije navedene točke na min. 300 kWh. Tehnička*

rješenja različitih proizvođača dovela su do potreba za manjim toplinskim kapacitetima anode. Samim time vrijednost toplinskog kapaciteta anode vezana je npr. i za vrijednosti brzine odvođenja topline s anode tako da se time onemogućuje zadovoljavanje tehničke specifikacije proizvođačima koji nude bolja tehnička rješenja. Uvažavanjem navedenoga omogućit ćete javljanje većem broju ponuditelja s različitim tehničkim rješenjima.

#### **ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (12)**

**Ne prihvaća se** prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta.

Navedena primjedba je povezana s Odgovorom naručitelja na primjedbu ili prijedlog (14) gdje je gdje je prihvaćena izmjena zainteresiranog gospodarskog subjekta.

#### **TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (13)**

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu:

*Traženo: 1.4.4. Najveća dozvoljena masa pacijenta na stolu min. 280 kg*

*Zahtjev za promjenom:*

*Molimo Vas minimalnu izmjenu tehničke specifikacije te s navedena točka glasi:*

*Najveća dozvoljena masa pacijenta na stolu min. 210 kg.*

#### **ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (13)**

**Ne prihvaća se** prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta.

Navedena izmjena predstavlja bitno odstupanje od traženoga, kako po izvedbi, tako i po montaži, te načinu korištenja uređaja. Naručitelj je u dokumentaciji jasno i nedvosmisleno opisao tražene tehničke karakteristike uređaja, a dodatno je provjerio jesu li se stvorili uvjeti nuđenja od strane više proizvođača, kako bi se poštovale sve odredbe Zakona o javnoj nabavi povezane s transparentnošću i zaštitom tržišnog natjecanja. Tražena karakteristika je važna tehnička karakteristika koju više proizvođača može zadovoljiti, ovisno o modelu uređaja koji je spreman ponuditi. Navedena karakteristika bitna je za pouzdanost, funkcionalnost i sigurnost rada uređaja.

#### **TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (14)**

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu:

*Točka 1.3.2.*

***Toplinski kapacitet anode min. 400 kHU***

*Molimo Vas promijeniti u*

***Toplinski kapacitet anode min. 350 kHU***

*Naručitelj je u izvješću o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima odbio naš zahtjev za izmjenu ove točke tehničke specifikacije sa obrazloženjem da „navedena tehnička karakteristika može biti zadovoljena od svih većih proizvođača RTG uređaja ponudom RTG zračnika jačih karakteristika.“*

***Tvrtka ....., kao najveći svjetski proizvođač radiološke opreme, u svoj najjači model podnog digitalnog RTG uređaja ugrađuje samo jednu vrstu RTG cijevi. To je također praksa i kod ostalih vodećih svjetskih proizvođača radiološke opreme čime se postiže standardizacija proizvoda.***

*Tvrtka ..... u svojim razvojnim centrima samostalno razvija i proizvodi RTG cijevi i brojne druge dijelove za svoje RTG uređaje te ih ne kupuje od drugih proizvođača, a pri razvoju RTG cijevi koriste se najnovije tehnologije i inovacije kako bi se poboljšala izdržljivost RTG cijevi kod većih opterećenja u smislu pojačanog priljeva pacijenata u jedinici vremena i pri zahtjevnijim snimanjima.*

***Na taj način svojim kupcima jamčimo najvišu kvalitetu naših RTG uređaja i osiguravamo brzinu isporuke i dostupnost svih rezervnih dijelova.***

*RTG cijev koju ugrađujemo u naš najjači model podnog digitalnog RTG uređaja ima nešto niži toplinski kapacitet anode od trenutno traženog, ali to nikako ne utječe na trajnost naše RTG cijevi budući da su za trajnost RTG cijevi bitni i brojni drugi tehnički parametri koji omogućuju optimalno hlađenje RTG cijevi i o kojima se vodi računa pri razvoju RTG cijevi.*

***S obzirom na minimalno odstupanje tražene tehničke karakteristike te na činjenicu da naš NAJJAČI MODEL podnog digitalnog RTG uređaja ne može zadovoljiti SAMO JEDNU točku***



*tehničke specifikacije, molimo promjenu ovog zahtjeva kako bi se tvrtki ..... kao najvećem svjetskom proizvođaču RTG uređaja omogućilo sudjelovanje na ovom javnom nadmetanju.*

**ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (14)**

**Prihvaća se** primjedba zainteresiranog gospodarskog subjekta.

Tekst iz Tehničke specifikacije – Grupa 1- Digitalni RTG uređaj: pod točkom 1.3.2. „*Toplinski kapacitet anode min. 400 kHU*“ **mijenja se i glasi** „*Toplinski kapacitet anode min. 350 kHU*“.

**PRIMJEDBE I PRIJEDLOZI ZAINTERESIRANIH GOSPODASKIH SUBJEKATA I ODGOVORI NARUČITELJA NA PRIMJEDBE I PRIJEDLOGE za GRUPU 2.  
(prihvaća se / djelomično se prihvaća/ ne prihvaća se)**

**TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA  
ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (15)**

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu:

*U tehničkoj specifikaciji -grupa 2 – Digitalni RTG uređaj-mamograf, Naručitelj traži pod točkom 2.8. sljedeće:*

*„2.8. Kompresija u min. rasponu od 30-200N“*

*Molimo navođenje digitalne i ručne kompresije zbog sigurnosnih značajki za pacijente kako bi se izbjegle neželjene posljedice. Na navedeni način ćete se osigurati kao naručitelj, a apsolutno svi renomirani proizvođači mamografskih uređaja posjeduju digitalnu i ručnu kompresiju.*

**TRAŽENA IZMJENA:**

*„2.8. Digitalna i ručna kompresija u min. rasponu od 30-200N“*

**ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (15)**

**Ne prihvaća se** prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta.

Navedena izmjena se može promatrati kao ograničavajući čimbenik koji može dovesti do kršenja odredbi ZJN 2016 u pogledu transparentnosti i zaštite tržišnog natjecanja.

**TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA  
ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (16)**

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu:

*Točka 1.2.*

***Izlazni napon u min. rasponu od 22 - 49 kV u koracima po 1 kV***

*Molimo Vas promijeniti u*

***Izlazni napon u min. rasponu od 23 - 35 kV u koracima po 1 kV***

**OBRAZLOŽENJE:**

*Naručitelj je u izvješću o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima odbio naš zahtjev za izmjenu ove točke tehničke specifikacije sa obrazloženjem da bi smanjenje raspona u izlaznom naponu dovelo do snižavanja klase uređaja.*

*Tvrtka ....., kao najveći svjetski proizvođač radiološke opreme, željela bi istaknuti kako izlazni napon uređaja ne definira klasu mamografskog uređaja. **Klasa mamografskih uređaja na tržištu se definira na temelju dostupnih dijagnostičkih opcija, odnosno prema tome da li mamografski uređaj ima npr. mogućnost snimanja tomosinteze, snimanja s kontrastom i mogućnosti izvođenja biopsija dojke.***

*Razni proizvođači imaju različita tehnička rješenja mamografskih uređaja. Naš uređaj ima nešto niži raspon izlaznog napona, ali to nikako ne utječe na kvalitetu slike našeg RTG uređaja za mamografiju. Za dobivanje kvalitetne slike najbitnija komponenta mamografskog uređaja je detektor.*

*Izlazni napon samo je jedan od brojnih parametara koji se podešavaju prilikom snimanja. Na kvalitetu slike utječu zajedno svi akvizicijski parametri te razina kvalitete detektora (čija je tražena razina kvalitete detaljno opisana u točki 4. RAVNI DETEKTOR). **Mogućnost podešavanja napona u rasponu višem od 35 kV ne omogućuje bolje dijagnostičke mogućnosti uređaja jer se ti rasponi ne koriste u konvencionalnoj 2D mamografiji.***

*Također je bitno istaknuti kako se naponi u rasponu iznad 35 kV koriste isključivo za snimanja s tomosintezom i snimanja s kontrastnim sredstvom, a ova klasa uređaja nije predmet nabave u ovom javnom nadmetanju pa stoga nema potrebe tražiti izlazne napone viših vrijednosti.*

*S obzirom na navedeno, molimo promjenu ovog zahtjeva kako bi se tvrtki ..... kao najvećem*

svjetskom proizvođaču radiološke opreme pa tako i ostalim gospodarskim subjektima omogućilo ravnopravno sudjelovanje na ovom javnom nadmetanju.

#### ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (16)

**Prihvaća se** primjedba zainteresiranog gospodarskog subjekta.

Tekst iz Tehničke specifikacije – Grupa 2 - Digitalni RTG uređaj - mamograf: pod točkom 1.

„Izlazni napon u min. rasponu od 22 - 49 kV u koracima po 1 kV“ **mijenja se i glasi** „Izlazni napon u min. rasponu od 23 - 35 kV u koracima po 1 kV“.

#### TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (17)

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu:

**Točka 3.4.**

**Toplinski kapacitet anode min. 300 kHU**

Molimo Vas promijeniti u

**Toplinski kapacitet anode min. 300 kHU ili toplinski kapacitet kućišta RTG cijevi min. 800 kHU**

**OBRAZLOŽENJE:**

Naručitelj je u izvješću o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima odbio naš zahtjev za izmjenu ove točke tehničke specifikacije sa obrazloženjem da bi smanjenje toplinskog kapaciteta anode utjecalo na finalnu kvalitetu uređaja čime bi se uređaj smjestio u nižu klasu te da bi se prihvaćanjem tražene izmjene koja odstupa od trenutnih specifikacija utjecalo na krajnje mogućnosti uređaja te dugotrajnost RTG cijevi.

Željeli bismo ponovno istaknuti da tvrtka ..... u ponudi ima uređaj koji je konstruiran tako da ima **nešto manji toplinski kapacitet anode, a puno veći toplinski kapacitet kućišta RTG cijevi od čak 2430 kHU (znači više od 8 puta od trenutno traženog toplinskog kapaciteta anode).**

Prema tehničkom rješenju našeg uređaja najveći dio toplinskog opterećenja preuzima kućište RTG cijevi, čime se omogućuje optimalno hlađenje uz visoki broj okretaja anode. Samim time nije točna tvrdnja da se bi se promjenom ove tehničke karakteristike utjecalo na krajnje mogućnosti uređaja te dugotrajnost RTG cijevi, a što je naručitelj naveo kao razlog odbijanja našeg zahtjeva u sklopu prethodnog savjetovanja.

**Ovim tehničkim rješenjem se postiže upravo suprotno, odnosno povećava se dugotrajnost RTG cijevi.** Navedeno tehničko rješenje nikako ne utječe na kvalitetu slike našeg RTG uređaja za mamografiju niti predstavlja ograničavajući faktor pri korištenju uređaja, a **toplinski kapacitet kućišta RTG cijevi** je puno bitniji parametar koji se u trenutnoj tehničkoj specifikaciji traženog mamografskog uređaja uopće ne spominje.

S obzirom na navedeno, molimo promjenu ovog zahtjeva kako bi se tvrtki ..... kao najvećem svjetskom proizvođaču radiološke opreme pa tako i ostalim gospodarskim subjektima omogućilo ravnopravno sudjelovanje na ovom javnom nadmetanju.

#### ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (17)

**Ne prihvaća se** prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta.

Naručitelj je predmet nabave s pripadajućim tehničkim karakteristikama opisao sukladno svojim potrebama na jasan, nedvojben, potpun i neutralan način koji osigurava mogućnost većem broju zainteresiranih gospodarskih subjekata nuđenje predmetnog uređaja.

#### TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (18)

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu:

**Točka 3.6.**

**Minimalno 2 različita filtera (jedan filter za mekše dojke, a drugi za tvrđe dojke)**

Molimo Vas promijeniti u

**Minimalno 1 filter**

**OBRAZLOŽENJE:**

Današnji mamografski uređaji posjeduju filtere izrađene od različitih vrsta materijala, a njihov broj ovisi isključivo o **konstrukcijskom rješenju uređaja**. Primarna svrha filtera je da smanji razinu doze štetnog zračenja prilikom mamografskog snimanja. Broj i vrsta filtera u praksi ne ovisi

o strukturi dojke (mekša ili tvrđa). Uređaj koji planiramo ponuditi u ovom javnom nadmetanju posjeduje 1 filter kojim se omogućuje snimanje mekših i tvrdih dojki.  
**Veći broj filtera ne znači automatski i veće smanjenje doze zračenja. Proizvođači prilikom razvoja mamografskog uređaja određuju koje materijale filtera će koristiti u svojim mamografskim uređajima i to ovisno o načinu izvedbe RTG cijevi.**  
Stoga je izuzetno važno da uređaj posjeduje barem jedan filter, a veći broj filtera ovisi o načinu izvedbe RTG cijevi. Tako je u praksi moguće da uređaj koji posjeduje 1 filter postiže bolje smanjenje doze štetnog RTG zračenja u odnosu na uređaj sa 2 ili više različitih filtera.  
S obzirom na navedeno, molimo promjenu ovog zahtjeva kako bi se tvrtki ..... kao najvećem svjetskom proizvođaču radiološke opreme pa tako i ostalim gospodarskim subjektima omogućilo ravnopravno sudjelovanje na ovom javnom nadmetanju.

#### **ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (18)**

**Prihvaća se** primjedba zainteresiranog gospodarskog subjekta.  
Tekst iz Tehničke specifikacije – Grupa 2 - Digitalni RTG uređaj - mamograf: pod točkom 3.6. „Minimalno 2 različita filtera (jedan filter za mekše dojke, a drugi za tvrde dojke)“ **mijenja se i glasi** „Minimalno 1 filter“

#### **TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (19)**

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu:  
Stavkom 2.1. traženo je  
**„Motorizirano namještanje po visini: min. 69 cm do 150 cm“**  
Molimo izmjenu u: „Motorizirano namještanje po visini: min 69 cm do 133 cm“

#### **ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (19)**

**Ne prihvaća se** prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta.  
Naručitelj je predmet nabave s pripadajućim tehničkim karakteristikama opisao sukladno svojim potrebama na jasan, nedvojbjen, potpun i neutralan način koji osigurava mogućnost većem broju zainteresiranih gospodarskih subjekata nuđenje predmetnog uređaja.

#### **TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (20)**

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu:  
Stavkom 3.6. traženo je  
**„Minimalno 2 različita filtera (jedan filter za mekše dojke, a drugi za tvrde dojke)“**  
Da li naručitelj prihvaća permanentniju filtraciju na cijevi, te još jedan dodatni filter na kolimatoru?

#### **ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (20)**

**Ne prihvaća se** prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta.  
Naručitelj je predmet nabave s pripadajućim tehničkim karakteristikama opisao sukladno svojim potrebama na jasan, nedvojbjen, potpun i neutralan način koji osigurava mogućnost većem broju zainteresiranih gospodarskih subjekata nuđenje predmetnog uređaja. Također pogledati odgovor naručitelja na primjedbu ili prijedlog (18).

#### **TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (21)**

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu:  
Stavkom 5.1. traženo je  
**„Računalo min. 8 GB RAM, čvrsti disk min. 500 GB“**  
Molimo izmjenu u: „Računalo min. 4 GB RAM, čvrsti disk min. 500 GB“

#### **ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (21)**

**Ne prihvaća se** prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta.  
Naručitelj je predmet nabave s pripadajućim tehničkim karakteristikama opisao sukladno svojim potrebama na jasan, nedvojbjen, potpun i neutralan način koji osigurava mogućnost većem broju zainteresiranih gospodarskih subjekata nuđenje predmetnog uređaja.